



Název veřejné zakázky: **Terapeutický RTG přístroj pro oddělení Onkologie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2740/2021**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1:

**Zadávací dokumentace, Příloha č. 2 – Technické požadavky na Terapeutický RTG přístroj s příslušenstvím pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**  
**Minimální technické požadavky**

*Text zadavatele:*

*Tubusy*

- *Tubusy:*

*(10 x 15) cm / OK 40 cm, (6 x 8) cm / OK 40 cm, (10 x 15) cm / OK 50 cm, (8 x 10) cm / OK 40 cm,  
(4 x 6) cm / OK 30 cm, (20 x 24) cm / OK 50 cm*

### Znění dotazu č. 1:

Dle zjištění u výrobce již není možné dodat tubus o velikosti (20 x 24) cm / OK 50 cm. Největší vyráběný tubus je o velikosti 20 x 20 cm / OK 50 cm.

Akceptuje Zadavatel s ohledem na výše uvedené nahrazení tubusu o požadované velikosti (20 x 24) cm / OK 50 cm tubusem 20 x 20 cm / OK 50 cm?

### Odpověď č. 1:

Po konzultaci s radiačními onkology dotčeného oddělení a především s ohledem na potenciální klinické využití zdravotnické techniky nemůže zadavatel akceptovat nahrazení požadovaného tubusu o velikosti pole (20 x 24)cm/OK 50/cm uvedeného v technické specifikaci za alternativní tubus (20 x 20)cm/OK 50cm.

**Dotaz č. 2:****Kupní smlouva, článek VI. Pozáruční servis, odst. 2.***Text Zadavatele:**Pozáruční servis zahrnuje:*

- *výrobce předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,*
- *sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,*
- *revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,*
- *v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,*
- *poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce,*
- ***veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.***

**Znění dotazu č. 2:**

Žádáme o upřesnění, zda požadavky na pozáruční servis zahrnují také odstraňování vad zdravotnické techniky a jejího příslušenství (HW a SW vybavení), včetně poskytnutí potřebných náhradních dílů a spotřebního materiálu.

**Odpověď č. 2:**

Zadavatel požaduje nacenění pouze bodů uvedených v čl. VI. odst. 2 obligatorního návrhu kupní smlouvy:

- *výrobce předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,*
- *sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,*
- *revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,*
- *v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,*
- *poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce,*
- *veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.*

Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nepožaduje „full servis“ včetně náhradních dílů po dobu pozáručního servisu, ale jen poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol. Pokud k provedení výrobcem předepsaných kontrol/kalibrací/validací je



nutný spotřební materiál, anebo nutná výměna určité komponenty v závislosti na čase nikoliv na jejím opotřebení (dle nařízení výrobce), tak toto musí být v ceně zahrnuto. Zároveň musí být v ceně zahrnuty veškeré náklady na dopravu, času stráveného na cestě do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů (veškerých administrativních náležitostí).

Zadavatel zároveň upozorňuje na Čl. I. odst. 5 obligatorního návrhu kupní smlouvy: „*Prodávající se touto smlouvou současně zavazuje, že v případech, kdy se nejedná o záruční nebo pozáruční servis dle této smlouvy, zajistí za obvyklou cenu opravu a náhradní díly zboží po dobu jeho životnosti, tj. po dobu 120 měsíců od předání zboží, jejíž zejména cenové podmínky budou upraveny samostatnou smlouvou.*“

V Ústí nad Labem dne: 25 -11- 2021

25 -11- 2021

  
.....  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel společnosti