

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 36

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“ v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám k části VZ č. 9 – Endoskopické vybavení pro rigidní endoskopii a to v následujícím znění:

Dotaz č.1:

Je nutné splnit dodávku přístrojů v celém rozsahu nebo je možné dílčí plnění?

Odpověď č.1:

Dodávku přístrojů je nutné splnit v celém rozsahu plnění.

Dotaz č.2:

Podčást B:

Duální systém pro artroskopii – artroskopická pumpa a shaverová jednotka, každá s možností funkce i samostatně – **TRVÁTE NA DUÁLNÍM SYSTÉMU, NEBO MŮŽEME NABÍDNOUT DVA SAMOSTATNÉ PŘÍSTROJE?**

Odpověď č.2:

Zadavatel bude akceptovat nabídku artroskopické pumpy a shaveru pracujícími samostatně, které však automaticky upravují svůj výkon podle změn aktuálních podmínek při výkonu.

Dotaz č.3:

Artroskopická pumpa:

- součástí dodávky i sterilizovatelný hadicový set na jedno použití – **JEDNORÁZOVÉ NEBO STRILIZOVATELNÉ?**
- grafický dotykový displej se zobrazením rychlosti průtoku kapaliny a nastaveného tlaku
- nastavitelné rychlosti průtoku a tlaku
- (rychlost průtoku minimálně cca. 500ml/h)
- zabezpečení proti přetlaku v operačním poli
- dvouhadicové sety pro napojení k pacientovi a od pacienta – **PROSÍM O UPŘESNĚNÍ**
- nožní pedál pro ovládání pumpy i shaveru
- propojení a komunikace s shaverovou jednotkou

Shaverová jednotka s 5ks handpiece:

- 4ks handpiece, cca. 8000 ot./min
- 1ks malého handpiece na artroskopii zápěstí
- směr pohybu doleva, doprava, kmitání
- možnost přepínání směru pomocí nožního pedálu
- nožní pedál pro ovládání
- startovní kit jednorázových fréz pro možnost použití

Odpověď č. 3:

JEDNORÁZOVÉ NEBO STRILIZOVATELNÉ? – Zadavatel požaduje resterilizovatelné hadicové sety.

PROSÍM O UPŘESNĚNÍ – Dvouhadicovým setem zadavatel zamýšlel hadicový set k duálnímu systému. Jelikož zadavatel připustil nabídku samostatně pracujících přístrojů, které spolu komunikují, zadavatel požaduje odpovídající set k nabídnutému přístroji.

Ústí nad Labem, dne 9.6......2015

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Václav Štyvar