

Poskytnutí dodatečných informací č. 3

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s. - 2“

Pro část 1 – Extrakorporální litotryptor – 2 ks

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci, specifikace přístrojů zadavatel uvádí:

Pro RTG C – rameno

- V popisu softwarového vybavení požaduje zadavatel **zaměřovací kříž**

Pro Ultrazvukový přístroj

- V popisu požadovaného zobrazení požaduje zadavatel **zaměřovací kříž pro zjištění místa aplikace rázové vlny**

Je těmito požadavky zadavatelem myšlena podmínka **současného (simultánního) sledování místa aplikace rázové vlny oběma zobrazovacími přístroji (duálního) tj. RTG a ultrazvukem** během terapie, bez nutnosti změny nastavení poloh obou přístrojů. Tj. bez nutnosti zásahu obsluhy u přístroje?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje současné sledování místa aplikace rázové vlny oběma zobrazovacími přístroji.

Dotaz č. 2:

Pacientský stůl:

V minimálních požadavcích je uveden elektromotorický nebo elektrohydraulický pohon v osách x, y a z s možností polohování pacienta do ohniska rázové vlny dle zaměřovacích křížů ultrazvuku a RTG?

Odpověď č. 2:

Stůl nemusí umožňovat automatické polohování.

Dotaz č. 3:

Generátor rázů:

Zadavatel požaduje, aby hlavice byla motoricky polohovatelná. Rozumí uchazeč tomuto požadavku správně, že zadavatel požaduje takový rozsah polohovatelnosti, aby pacient ležící na zádech mohl být ošetřen jak svrchu tak i zespodu? Tedy pod i nad rovinou desky zákrovového stolu?

Odpověď č. 3:

Zadavatel nespécifikoval rozsah polohovatelnosti, z toho vyplývá, že je požadováno jakékoliv řešení splňující klinický a terapeutický účel.

Dotaz č. 4:

Generátor rázů:

Zadavatel neuvedl možnosti nastavení a frekvenci počtu rázů za minutu. Výrobci běžně užívají rozsah 0 240 rázů za minutu. Odpovídá to požadavku zadavatele?

Odpověď č. 4:

Zadavatel nespécifikoval možnost nastavení a frekvenci počtu rázů za minutu. Zadavatelem je požadován takový rozsah frekvence a možnosti nastavení splňující klinický a terapeutický účel.

Dotaz č. 5:

Ovládací konzole:

- *Ovládací konzole pro ovládání od stolu*
 - *1x LCD monitor pro zobrazení snímků z RTG či UZ přístroje*
 - *Systém (např. 1x LCD dotykový monitor) pro nastavení všech parametrů litotryptoru a polohování pacienta*
- *Mobilní ovládací konzole pro nastavení parametrů litotryptoru a polohování pacienta*

a/ Na základě prohlídky pracoviště našim pracovníkem na urologickém oddělení v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem dne 21.5.2015 není pro ovládání požadována uživatelem druhá ovládací konzole z ovládovny, protože lékař je po celou dobu u pacienta a

ovladovna není k dispozici. Je tento požadavek na **jednu mobilní ovládací konzoli** akceptovaný zadavatelem?

b/ Na základě prohlídky pracoviště našim pracovníkem na urologickém oddělení v Nemocnici Most dne 22.5.2015 vyplynul požadavek zachování možnosti obsluhovat přístroj jak z ovladovny pomocí běžných monitorů, tak i z mobilní konzole u patientského stolu. Trvá zadavatel na tomto řešení **dvěma ovládacími konzolemi**?

Odpověď č. 5:


Zadavatel trvá na znění technické specifikace.

V souvislosti s upřesněním technické specifikace zadavatel stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek pro část 1 Extrakorporální litotryptor

do..... **21-07-2015**v 10:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne..... **21-07-2015**v 10:30 hod.

V Ústí nad Labem dne: **09-06-2015**


02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25498527
.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel