

Poskytnutí dodatečných informací č. 1

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s. – II

Část 5: Sušící a skladovací skříně pro endoskopy pro MNUL, Děčín

Dotaz č. 1:

„V technické specifikaci uvádíte mimo jiné požadavek: Vzhledem ke stavební připravenosti sálů je nutné tyto skříně připojit na centrální rozvody vzduchu.

Je možné nabídnout sušičku s vlastním integrovaným kompresorem bez možnosti připojení na centrální rozvody vzduchu při splnění ostatních parametrů a nebude to důvodem k vyloučení naší nabídky?“

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci.

V Ústí nad Labem dne: 09-06-2015

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel