



Název veřejné zakázky: **Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2668/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Zadavatel poskytl půdorysy a plány jednotlivých laboratoří, nicméně plán prostor Oddělení klinické biochemie v Chomutově neodpovídá skutečnému stavu. Dodavatel zjistil tuto skutečnost při prohlídce místa plnění. Jsou zde zakresleny pouze schodiště a výtahy, ale chybí vlastní prostor laboratoře. Na základě této skutečnosti není možné zakreslit stávající ani budoucí technologii, jak je vyžadováno v zadávací dokumentaci v Příloze č. 1.

Může Zadavatel poskytnout jiný půdorys laboratoře v Chomutově?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel poskytl plány laboratoří jako přílohu (*Příloha č. 1 - Půdorysy laboratoří.zip*) v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, která byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 10. 11. 2021. Jiné plány zadavatel nemá k dispozici.

Dotaz č. 2:

V Příloze č. 3 – Technická specifikace Zadavatel požaduje „imunochemický analyzátor musí používat stejný reagenční koncept jako hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém (tj. originální balení reagensů musí být zastupitelně použitelná na obou systémech)“ a „biochemický analyzátor musí používat stejný reagenční koncept jako hlavní modulární nebo integrovaný biochemický a imunochemický analytický systém (tj. originální balení reagensů musí být zastupitelně použitelná na obou systémech)“.

Chápe Dodavatel správně, že velikost balení a princip metod všech reagensů pro imunochemický a biochemický analyzátor musí být stejné, tedy vzájemně zaměnitelné, jak pro hlavní, tak pro záložní analyzátory?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje, aby originální balení reagentů na biochemická vyšetření byla zastupitelně použitelná na všech biochemických analyzátoch a stejně tak, aby originální balení reagentů na imunochemická vyšetření byla zastupitelně použitelná na všech imunochemických analyzátoch dodaných v rámci této zakázky. Tento požadavek předpokládá stejné principy metod, nikoliv však nutně stejné velikosti balení, bude-li dodržena podmínka zastupitelné použitelnosti.

Požadavek se logicky nevztahuje na eventuálně dodávaný nezávislý analyzátor k pokrytí spektra metod pro imunochemické metody.

V Ústí nad Labem dne:

8. 12. 2021

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel