

Poskytnutí dodatečných informací č. 4

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s. - 2“

Pro část 1 – Extrakorporální litotryptor – 2 ks

Dotaz č. 1:

Zadavatel odpověděl na dodatečný dotaz, že akceptuje nabízené řešení v transrektální sonda se dvěma rovinami řezu o min 10 MHz, lépe 12 MHz.
Rozumí tomu uchazeč správně, že tedy původní rektální sondy zadavatel již nepožaduje ?

Odpověď č. 1:

Na základě Poskytnutí dodatečných informací č. 1 ze dne 29.5.2015 připustil zadavatel navrhované řešení uchazeče. Jedná se tedy o variantní řešení, kdy uchazeč může nabídnout požadovanou sondu dle původní specifikace nebo sondu dle dodatečného dotazu.


Dotaz č. 2:

Zadavatel rámci této položky uvedl v části Generátor rázů požadavek na Fokuseovaný zdroj rázových pulzů s min. dvěma ohnisky .
Uchazeč nabízí technologii, při které se fokální velikost se mění postupně v závislosti na zvolené energetické úrovni. Výsledkem je tedy plynulá změna ohniskové velikosti. Takže ne pouze jedno ohnisko, ani dvě ohniska, ale plynulá změna velikosti.
Bude zadavatel akceptovat řešení v podobě plynulé změny ohniska v závislosti na zvolené energetické úrovni?

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na svém požadavku.

V Ústí nad Labem dne: 09-06-2015

02

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
Ing. Petr Fiala
generální ředitel