

Poskytnutí dodatečných informací č. 12

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

DOTAZ Č. 1

Předmět dotazu:

V technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace, Zadavatel požaduje:

- MR kompatibilní injektor s dvěma hlavami, bezdrátové ovládání z ovladovny

Předpokládáme, že tímto požadavkem měl zadavatel na mysli, že vlastní injektor nebude propojen s ovládacím modulem v ovladovně pomocí metalického vodiče (drátu), který by způsoboval rušení při průchodu elektrického proudu.

Dotaz č. 1:


Prosíme Zadavatele o potvrzení, že požadavkem “bezdrátové ovládání” měl na mysli, že komunikace mezi injektorem a ovládacím modulem v ovladovně musí být zajištěna způsobem, při kterém nebude použit metalický vodič, ale může být použit například radiofrekvenční přenos nebo přenos po optických vláknech?

odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel požadavkem na bezdrátové ovládání injektoru z ovladovny má na mysli to, že komunikace mezi injektorem a ovládacím panelem nebude řešena metalickým propojením, ale propojením optickým kabelem, případně radiofrekvenčním přenosem (WiFi, jiné radiofrekvenční proprietární řešení výrobce).

V Ústí nad Labem dne:

11-06-2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

