

## Poskytnutí dodatečných informací č. 5

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

### „Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – pořízení lineárního urychlovače a PET/CT“

#### Dotaz:

Žádáme o upřesnění technických parametrů stávajících zařízení, pro která je požadováno propojení s nabízeným zařízením, a to minimálně v rozsahu:

|                                                     | Příslušenství         | Typ/Verze | Počet licencí |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|
| Elekta Synergy<br>(v současnosti ve fázi instalace) | RTD                   |           |               |
|                                                     | iCom interface        |           |               |
|                                                     | MLC                   |           |               |
|                                                     | XVI (kV source)       |           |               |
|                                                     | iView GT (MV source.) |           |               |
| TPS Monaco                                          | Workstation           |           |               |
| Současný verifikační systém                         | Workstation           |           |               |
|                                                     | Server                |           |               |

#### Zdůvodnění požadavku na dodatečnou informaci č. 2:

Uchazeč o veřejnou zakázku požaduje upřesnění současného technického vybavení, aby mohl nabídnout optimální a opravdu funkční řešení požadované zadavatelem.

#### Odpověď:

Zadavatel upřesňuje technické parametry stávajících zařízení:

|                              | Příslušenství        | Typ / Verze         | Počet licencí     |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Elekta Synergy XVI / Agility | RTD                  | Integrity 3.1       | Celkem 25 licencí |
|                              | Icom Interface       | ICOM 13.0           |                   |
|                              | MLC                  | Agility / 160 0000  |                   |
|                              | XVI (kV source)      | XVI R5.0            |                   |
|                              | iView GT (MV source) | iView GT S/N 301168 |                   |
| TPS Monaco                   | Workstation          | Monaco 5.0          | 15                |
| Současný verifikační systém  | Workstation          | Mosaiq 2.50         | 10                |
|                              | Server               | Mosaiq 2.50         | 10                |

V Ústí nad Labem dne:

12 -06- 2015

06



Krajská zdravotní, a.s.  
 Sociální péče 3316/12A  
 401 13 Ústí nad Labem  
 IČ: 25488627  
 DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
 generální ředitel