



Název veřejné zakázky: **Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2668/2021**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz:

Rádi bychom požádali o upřesnění, případně o přeformulování nebo zrušení hodnotícího kritéria 1b *Možnost vkládání uzavřených patientských vzorků a jejich automatického odvíčkování analytickým systémem – pro automatickou linku „Hub“ laboratoře i hlavní biochemický a imunochemický systém pro „Spoke“ laboratoře z následujících důvodů:*

→ Proces odvíčkování je důležitým procesem v pracovních postupech laboratoře. Patří do preanalytické fáze procesu zpracování vzorků. Plně chápeme potřebu automatizace tohoto procesu za účelem zvýšení efektivity, čehož lze dosáhnout pouze propojením preanalytických automatizovaných přístrojů s přístroji analytickými.

Toho lze technicky dosáhnout dvěma způsoby:

* Celková laboratorní automatizace - linka, která byla požadována v rámci povinných požadavků výběrového řízení pro vaše 2 hlavní „Hub“ laboratoře.

* Částečná automatizace - propojení preanalytických kroků (odvíčkování, třídění, alikvotace, centrifugace atd.) s analytickými systémy.

→ Váš požadavek na schopnost odvíčkování se týká jak „Hub“ laboratoří, tak hlavních biochemických a imunochemických systémů „Spoke“ laboratoří. U „Spoke“ laboratoří nelze automatický proces odvíčkování technicky dosáhnout pouze pomocí hlavních biochemických a imunochemických analyzátorů. Ten lze splnit

částečnou automatizací (připojením odvíčkovače k analytickému systému) a nikoli pouze samotným analytickým systémem.

V této souvislosti chceme poznamenat, že takové řešení je prostorově náročnější než umístění samotných biochemických a imunochemických systémů. Prostor některých laboratoří je velmi omezený. Umístění dalšího přístrojového vybavení může znamenat problém v již tak omezeném prostoru některých v laboratoři nebo zde vůbec nebude možné jej umístit.

→ Vzhledem k omezenému počtu zkumavek pro pacienty pro některé satelitní laboratoře bychom také rádi zdůraznili, že ruční odvíčkování by se mohlo ukázat jako efektivnější než odvíčkování automatické v rámci řešení částečné automatizace.

→ Bodového zvýhodnění může dosáhnout pouze ten dodavatel, který zajistí automatické odvíčkování ve všech 7 laboratořích KZ. Jak bylo uvedeno výše, bude velmi obtížné ne-li nemožné toho dosáhnout kteroukoli z in vitro diagnostických společností na trhu, zejména proto, že podle povinných specifikací výběrového řízení by hlavní analyzátory měly používat stejná činidla a spotřební materiál a nelze zde využít třeba menší analyzátory s odlišným reagenčním konceptem.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel je přesvědčen, že pro "Spoke" laboratoře existují na trhu modulární a integrované analytické systémy více dodavatelů, které umožňují automatické odvíčkování zkumavek s patientskými vzorky. (viz. Vysvětlení zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele)

Zadavatel nezařadil tento požadavek do Technické specifikace, ale do hodnocených fakultativních kvalitativních parametrů. Tyto hodnocené fakultativní parametry stanovil Zadavatel v souladu se svými potřebami. Pro posouzení hodnocených fakultativních parametrů byly stanoveny váhy jednotlivých subkritérií a subsubkritérií, a to na základě významu jejich kvalitativního přínosu pro Zadavatele v rámci poptávaného plnění.



Zadavatel proto nebude měnit ani rušit hodnocené fakultativní parametry ani stanovené váhy jednotlivých subkritérií a subsubkritérií.

V Ústí nad Labem dne: 27. 12. 2021

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

