



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. -
Operační světla pro COS - Nemocnice Chomutov, o.z. II.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2794/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci u hlavní i satelitní lampy hloubku osvětlení L1+L2 při 20% minimálně 1000mm.

Může uchazeč nabídnout tuto hodnotu minimálně 950mm?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, zadavatel připouští nabízené řešení a nově upravuje požadavek hloubka osvětlení minimálně 950mm.

Dotaz č. 2

Teplotu chromatičnosti minimálně 3800-4800.

Může uchazeč nabídnout hodnoty chromatičnosti v rozmezí 3500-5000K?

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, dodavatelem nabízené rozmezí chromatičnosti je větší než zadavatelem požadované minimální rozmezí.

Dotaz č. 3

Index podání barev Ra minimálně 98.

Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 96?

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel trvá na své technické specifikaci a to

- Index podání barev **Ra minimálně 98**

**Dotaz č. 4**

Index podání barev Ra9 minimálně 98.
Může uchazeč nabídnout hodnotu Ra indexu 97?

Odpověď na dotaz č. 4

Zde dodavatel uvedl „*index podání barev Ra9 minimálně 98*“, zadavatel takový index nezná a zřejmě se jedná o administrativní pochybení na straně dodavatele. Pokud měl dodavatel na mysli „*Index červené barvy R9*“, tak odpověď na tento dotaz je:

Zadavatel trvá na své technické specifikaci a to
- Index podání **červené barvy R9 minimálně 98**

Dále zadavatel upozorňuje na nesoulad v nabízených hodnotách **Index podání barev Ra**, dodavatel v dotazu č. 4 nabídl **hodnotu Ra indexu 97** a v dotazu č. 3 nabídl **hodnotu Ra indexu 96**.

Ani jednu hodnotu však zadavatel nepřipouští a trvá si na své technické specifikaci:
- Index podání barev **Ra minimálně 98**

Dotaz č. 5

Celkové vyzařování Ee maximálně 3,3 mW/m².lux
Může uchazeč nabídnout tuto hodnotu maximálně 3,6 mW/m².lux?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel trvá na své specifikaci.
- Celkové vyzařování (Ee) hlavního svítidla maximálně 520 W/m² tj. vyzařování (Ee/Ec) maximálně 3,3 mW/m².lux.

Dotaz č. 6

Zadavatel v technické specifikaci požaduje: „Index podání barev Ra minimálně 98“ a „Index podání červené barvy R9 minimálně 98“. Námi nabízené operační světlo disponuje hodnotou Indexu Ra = 97 a R9=97, což je hodnota prakticky obdobná a lidské oko není schopné v praxi tento rozdíl rozeznat. Nesporným faktem je i skutečnost, že všichni renomovaní výrobci uvádí v Návoděch k použití ke svým výrobkům toleranci měření těchto hodnot v rozsahu 5 -10% (při Ra=98 odpovídá odchylce min. 4,9 – 9,8 jednotek). Výrobce námi nabízených světél uvádí tuto toleranci v rozsahu pouze 3 jednotky. Z tohoto důvodu je zřejmé, že odchylka 1 jednotky je při hodnocení tohoto parametru prakticky zanedbatelná. Bude zadavatel akceptovat námi navrhané řešení s hodnotami indexů Ra=97 a R9=97 při současném zachování požadovaného medicínského účelu?

**Odpověď na dotaz č. 6**

Zadavatel trvá na své technické specifikaci a to

- Index podání barev **Ra minimálně 98**
- Index podání **červené barvy R9 minimálně 98**

Dotaz č. 7

Zadavatel v technické specifikaci požaduje „Pracovní vzdálenost v rozsahu minimálně 700-1500mm“.

Námi nabízené stropní operační světlo nabízí pracovní vzdálenost v rozsahu 750 – 1600mm, což je hodnota prakticky totožná a samotným rozsahem dokonce vyšší.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení, kdy bude nabídnuto svítidlo s pracovní vzdáleností v rozsahu 750 – 1 600mm při současném zachování požadovaného medicínského účelu?

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel připouští nabízené řešení a nově upravuje požadavek rozsah pracovní vzdálenosti minimálně 750 – 1500 mm.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne:

2. 12. 2022

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel