

Poskytnutí dodatečných informací č. 14

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

dotaz uchazeče

V souvislosti s rozširováním léčebných možností a klinických aplikací u léčebného ozařování lineárními urychlovači, zejména rotačními metodami s modulovanou intenzitou záření, vznikají nároky na přípravu ozařovacích plánů **diagnostickými radioterapeutickými simulátory**. Na základě dosavadních zkušeností uchazeče a na základě provozní praxe různých uživatelů předkládá uchazeč následující dotaz:

Může zadavatel akceptovat nabídku **radioterapeutického simulátoru s vysokovýkonnou RTG trubicí a detektorem obrazu GOS (Gadolinium Oxy-Sulfid)** při dodržení všech podstatných zadávaných technických parametrů (se zdokonalením grafického rozlišení obrazu, velikosti zobrazovaného pole v zájmové oblasti, rychlosti procesu atd.) a požadavků zaručujících dokonalejší výsledek oproti stávajícímu simulátoru, při plné kompatibilitě s nově instalovaným lineárním urychlovačem ?


odpověď na dotaz uchazeče

Zadavatel akceptuje nabídku radioterapeutického simulátoru s vysokovýkonnou RTG trubicí a detektorem obrazu GOS (Gadolinium Oxy-Sulfid) při dodržení všech podstatných technických parametrů uvedených v technické specifikaci.

Zadavatel vzhledem k odpovědi na žádost o dodatečné informace upravuje termín pro podání nabídek a otevírání obálek pro **část 8** na 23.07.2015 v 10:00 hod.

V Ústí nad Labem dne:

25.06.2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel