

Poskytnutí dodatečných informací č. 15

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

Dotaz č. 1 :

Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur vleže.

Tato funkcionality není aktuálně požadovaná. Vzhledem k požadavku Zadavatele citovanému v úvodu našeho dotazu tomu ale rozumíme tak, že nabízený přístroj sice nemusí být touto funkcionalitou vybaven, ale musí být takové kategorie, která touto možností disponuje. Jinak řečeno, Zadavatel jako uživatel si bude moci tuto funkcionalitu za příplatek v budoucnu dokoupit, a to bez nutnosti upgrade nabízeného přístroje.

Žádáme Zadavatele o vyjádření, zda tomu rozumíme správně ?

Odpověď č.1 : Zadavatel již poskytnutím dodatečných informací č. 7 ze dne 29.4.2015 uvedl, že popsanou funkcionalitu nepožaduje. Tudíž zadavatel nepožaduje ani možnost o budoucí rozšíření.

Dotaz č. 2 :

Automatické krokové snímkování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur vstoje.

Tato funkcionality sice je aktuálně požadovaná, ale Zadavatel ji blíže nespecifikuje.

Univerzálním postupem pro tvorbu obrazu dlouhých struktur, který používají i systémy nejnižší kategorie (tzv. U-ramena), je krokové snímkování s paralelním synchronizovaným pohybem digitálního detektoru i rtg. zářiče.

Sofistikovanějším postupem pro tvorbu obrazu dlouhých struktur, který používají systémy nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy, je krokové snímkování při němž se pohybuje pouze digitální detektor a rtg. zářič se pouze (bez vertikálního pohybu stropního závěsu) plně automaticky motoricky natáčí tak, aby centrální paprsek vždy směřoval na střed detektoru. Takováto tvorba obrazu dlouhých struktur přináší řadu výhod, např. lepší diagnostiku skoliózy páteře.

Požaduje Zadavatel, aby nabízený přístroj byl takové kategorie, která disponuje oběma možnostmi pro tvorbu obrazu dlouhých struktur?

Odpověď č. 2 : Zadavatel požadovanou funkcionalitu požaduje splnit jakýmkoli technickým řešením nabízeného přístroje.

Dotaz č. 3:

Plná automatizace všech pohybů stropního závěsu rentgenky.

Zadavatel požaduje „Stropní závěs rentgenky teleskopický s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce.“

Chápeme tento požadavek tak, že nabízený přístroj musí na základě zvolené projekce, plně automaticky (bez zásahu obsluhy) nastavit všechny své komponenty tak, aby bylo možno provést

předvolenou rtg. expozici – jedná se o funkcionalitu označovanou také jako autopoložování či autopositioning.

To znamená plně automatické najetí a nastavení rtg. zářiče na danou projekci (stůl nebo vertigrafi, vertikálně či horizontálně, případně šikmo) a také plně automatické najetí a nastavení detektoru vůči rtg. zářiči (ve stole i vertigrafi).

U digitálních rtg. přístrojů „nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy“ probíhá takové autopoložování paralelně, takže všechny potřebné pohyby stropního závěsu ve všech osách probíhají současně, což velmi významně zkracuje dobu potřebnou na provedení rtg. expozice.

Požaduje Zadavatel, aby nabízený přístroj byl vybaven takto popsanou funkcionalitou?

Odpověď č. 3 :

Zadavatel v popisu požadovaného zařízení požaduje přístroj nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy.

S tím souvisí i znění požadavků na funkcionalitu stropního závěsu - „Stropní závěs rentgenky teleskopickým s plnou automatizací všech pohybů s automatickým nastavením dle předvolené projekce“.

Rozumí se tedy následující:

- plná automatizace všech pohybů stropního závěsu s rentgenkou s automatickým nastavením dle předvolené projekce, s možností uložení několika pozic (zahrnujících pozici stropního závěsu osy x, y, z, vertigrafi nahoru a dolů, rotace rentgenky, pohybu stolu, pohybu clon) a možností zvolení a dosažení dané pozice pomocí dálkového ovladače
- Simultánní pohyb jednotlivých zúčastněných motorů v daných osách současně
- Funkce automatické centrace (synchronizace) rentgenky a detektoru ve stole
- Plný autotracking, jak na stole, tak na vertigrafi (uvedeno v technické specifikaci u popisu požadavků na vertigrafi a vyšetřovací stůl).

V Ústí nad Labem dne: 25 -06- 2015

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel