

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 39

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.“

Ev. č. VZ 490066

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.**“ obdržel dne 23.06.2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k **části VZ č. 3 – Skiografický přístroj s přímou digitalizací**.

Dotaz č.1:

Pasáž v ZD: Příloha č.3 ZD, TS pro část č.3, str.1 - „Popis a stanovení účelu použití“

Nejasnost se týká parametru: Projekce vestoje i vleže

Zadavatel v souběžné veřejné zakázce na nákup skiografických přístrojů (VZ 404202) požaduje „Zařízení **nejvyšší kvalitativní a výkonnostní třídy** pro přímou digitální skiografii“. U této zakázky (VZ 490066) je předpokládána cena vyšší. Z toho nám logicky vyplývá, že i v této soutěži má zadavatel v úmyslu pořídit přístroj nejvyšší kategorie, a to také s ohledem na to, že tato pracoviště zajišťují 24 h nepřetržitý hospitalizační i ambulantní provoz pro vysoce specializované pracoviště (v MNUL je 5 klinik). Tyto přístroje tak zajišťují v rozsáhlém počtu všechna obecně radiologická vyšetření včetně traumatologických ...

V tomto kontextu vznášíme následující dotaz:

Zadavatel v příloze č. 3 ZD - TS pro část č. 3 VZ, uvádí na str. 1 požadavek, že **nabízený „systém musí umožnit jakékoliv projekce vleže i vestoje“**

Obáváme se, že takto specifikovaný požadavek je natolik obecný, že by mohl vést k nabídkám nesrovnatelné kvalitativní i výkonnostní úrovně.

Mohl by proto Zadavatel tento požadavek podrobněji specifikovat - zejména pokud jde o tvorbu obrazu dlouhých struktur (páteř, dolní končetiny) ? Je požadováno automatické krokování a automatická tvorba obrazu dlouhých struktur pro projekce vestoje i vleže?

Odpověď č.1:

Zadavatel nepožaduje automatické krokování a automatickou tvorbu obrazu dlouhých struktur pro projekce vestoje i vleže.