



Název veřejné zakázky: **Úprava vody pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2708/2022**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

### Dotaz č. 1

Věc: Žádost o dodatečné informace u zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

**„Úprava vody na principu reverzní osmózy včetně pozáručního servisu pro Nefrologicko – dialyzační oddělení Nemocnice Děčín“**

Evidenční číslo dle Věstníku VZ: **Z2022-006465**



Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s., IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627**  
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13, Ústí nad Labem

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle zákona č. 134/2016 SB., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**„Úprava vody na principu reverzní osmózy včetně pozáručního servisu pro Nefrologicko – dialyzační oddělení Nemocnice Děčín“**

Žadatel se seznámil s obsahem zadávacích podmínek veřejné zakázky, ve kterých zjistil následující nejasnosti, které brání řádnému sestavení nabídky dle požadavků zadavatele. Žadatel proto žádá o dodatečné informace k základnímu požadavku:

#### **1) Specifikace - Zadávací dokumentace – Příloha č. 4 „Obligaturní návrh smlouvy“**

**V Příloze č. 4 Obligaturní návrh smlouvy** v odst. V. – Záruka za jakost uvádí zadavatel v bodě 13., stejně tak jako v odst. VI. – Pozáruční servis v bodě č. 9 požadavek na „kontrolní odběry vody v rozsahu a četnosti stanové výrobcem min. 1x měsíčně.“



Uchazeč přesně rozumí, že zadavatel požaduje pravidelné odebírání vzorků pro mikrobiologický rozbor, provádění testu na endotoxiny, chemickou analýzu atd. Současně je jasné, že se tím zadavatel odkazuje především na aktuální znění Českého lékopisu, kterým se řídí SÚKL a garantuje tak potřebnou farmaceutickou kvalitu dialyzační vody (Aqua dialysis). V Obligatorním návrhu smlouvy však v těchto bodech není uvedeno, zda se jedná pouze o fyzické odebrání vzorků nebo zadavatel požaduje od dodavatele zajištění samotného laboratorního vyhodnocení výsledků a dodání zprávy o kvalitě odebraných vzorků? V současné době si zadavatel provádí zmíněné vyhodnocení ve vlastní režii, jelikož to je nesporně ekonomicky výhodnější než zajištění tohoto vyhodnocení u stejné laboratoře přes dalšího prostředníka.

**Dotaz č. 1:**

Požaduje tedy zadavatel opravdu pouze fyzické odebrání vzorků bez následného laboratorního vyhodnocení?

**Odpověď č. 1**

Ano, zadavatel trvá na ustanoveních uvedených v obligatorním návrhu smlouvy.

V Ústí nad Labem dne: 14. 03. 2022

  
.....  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel