



Poskytnutí dodatečných informací č.1

Veřejná zakázka malého rozsahu
s názvem:

„Velkoobjemové centrifugy s chlazením – 2ks“

Dotaz:

1. Zakrytý rotor

Budete akceptovat i centrifugy s nezakrytým rotorem umožňující snadné čištění a desinfekci vnitřního prostoru centrifugy bez nutnosti vyjmutí rotoru ? Toto řešení také umožňuje přímý přestup chlazení k vakům na rozdíl od rotoru chráněného krytem/windshieldem.

Naše centrifuga bude mít zároveň certifikaci pro zdravotnické prostředky třídy 2a, (annex V., 93/42/EEC)-týkající se centrifug pro stáčení krve a krevních derivátů.

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci ve výzvě.

Dotaz:

2. SW pro záznam a monitorování parametrů centrifugy v českém jazyce

Budete akceptovat i na mnoha českých pracovištích používaný SW pro záznam a monitorování parametrů centrifugy v anglickém jazyce?

Odpověď:

Zadavatel požaduje SW v českém jazyce, jak je uvedeno v tech. specifikaci ve výzvě.

Dotaz:

3. Max. příkon 5kW

V některých specifikacích pro centrifugy s krytým rotorem je uváděn příkon centrifugy pod 5 kW samostatně pro motor. Zároveň je zde uvedena hodnota příkonu pro chladicí agregát.

Předpokládáme, že požadavkem na příkon máte na mysli celkový příkon, tedy součet obou hodnot, protože krev nelze centrifugovat bez chlazení. Budete akceptovat maximální celkový příkon 7,5 kW?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku uvedeném v technické specifikaci ve výzvě.



Dotaz:

4. Vaše zadání neobsahuje požadavek na certifikaci pro zdravotnické prostředky třídy 2a, (annex V., 93/42/EEC)-týkající se centrifug pro stáčení krve a krevních derivátů. Rozumíme správně, že tuto certifikaci Vaše transfuzní oddělení nepožaduje a bude akceptovat i velkoobjemovou centrifugu určenou pro obecné laboratorní použití bez certifikace zdravotnického prostředku?

Odpověď:

Zadavatel certifikaci pro zdravotnické prostředky nepožaduje.

V Ústí nad Labem dne: 30.6.2015

06  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

