

Objednávka 5600060756

Datum objednávky 23.02.2022

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.
člen koncernu
Evropská 176/16
160 41 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás
1000052

Termín dodávky: 30.03.2022

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava ZT	108.900,00	108.900,00
		ureteroskop WA290428 (optika slepá) žádám o CN na opravu obměnou		
		Pro odd.COS urologie		

Celk.hodn. s DPH CZK , 108.900,00

Vystavil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Cenový návrh číslo:**51718565**ze dne : **14.03.2022****Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice, o.z.
Duchcovská 53
415 29 Teplice****Vaše objednávka číslo: 5600060756****Pro přístroj:** Ureteroskop, 9,8 Fr x 430 mm
Typ: WA29042B**Výrobní číslo:** 548788
Lot: 13RD 13C EX**Tech. prohlídkou bylo zjištěno:**

- ohnutý tubus ureteroskopu, poškozený optický, světlovodný i pracovní kanál
- optika je neprůhledná
- světlovodný kanál nepřenáší světlo ze světelného zdroje
- ureteroskop nelze v tomto stavu používat

Doporučujeme provést:

- výměnu ureteroskopu (Replacement telescope WA29042B)

Rozpis dílů a práce nutných k opravě:

Díl	Položka	Ks	Cena za ks	Cena za položku
W829042B	Replacement telescope WA29042B	1	90 000 Kč	90 000 Kč

Cena celkem bez DPH

90 000 Kč

Cena celkem s 21% DPH**108 900 Kč**

Opravou / výměnou uvedeme zařízení do 100% stavu.

Na práci a použité díly poskytujeme záruku v délce 6 měsíců, na nové zboží v délce 24 měsíců.

Platnost tohoto cenového návrhu je 30 dnů ode dne zpracování.

V případě akceptování návrhu jej vraťte potvrzený zpět.

Cenový návrh zpracoval: [REDACTED]**S uvedenou opravou souhlasíme.**[REDACTED]
Servis zdravotnické techniky
Olympus téch GráupJs.r.o.
TeJ.:4 0 2 9&y 7s[REDACTED]
.....
datum / podpis / razítko