

**Objednávka 4600101539**

Datum objednávky 23.03.2022

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

OLYMPUS Czech Group, s.r.o.

člen koncernu

Evropská 176/16

160 41 Praha 6

Vaše číslo dodavatele u nás

1000052

Termín dodávky: 23.03.2022

**Fakturujte se splatností 60 dnů!****Měna CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava videogastroskopu	164.710,00	164.710,00

Objednáváme u Vás opravu videogastroskopu typ GIF-Q165 v.č. 2904855  
inv.č. 410000833

- doporučená oprava na základě výsledku z provedené BTK v 11/2021
- oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most, [REDACTED]

Objednávka vystavena na základě vašeho cenového návrhu č. 51722092/14076  
ze dne 14.3.2022

Celk.hodn. s DPH CZK

164.710,00

Vystavil: [REDACTED]

Z důvodu registrace od 1.1.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět  
jak adresu sídla, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích

listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury  
bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet  
uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.  
Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v  
Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její  
účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

**Cenový návrh číslo:  
51722092/14076**

ze dne: 14.03.2022  
platný do: 13.05.2022

Číslo Vaší objednávky:  
N/A

Krajská zdravotní, a.s.  
Nemocnice Most, o.z.  
odd. centrální endoskopie

J.E.Purkyně 270  
.....  
434 64 Most



PRACOVISTĚ: odd. centrální endoskopie  
PŘÍSTROJ: videogastroskop

DATUM INSTALACE: 23.3.2009  
TYP: GIF-Q165  
VÝROBNÍ Č. : 2904855

**NA ZÁKLADĚ VAŠÍ OBJEDNÁVKY, UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROVEDENÍ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍSTROJE BYLO ZJIŠTĚNO:**

- netěsnost jisticího pinu na E-konektoru
- odřená krytka distálního konce
- deformovaný zaváděcí tubus
- nefunkční tlačítková sekce

**S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÝ TECHNICKÝ STAV PŘÍSTROJE JE NUTNO PROVÉST :**

- částečnou demontáž - již provedeno
- dekontaminace - již provedeno
- výměnu jisticích pinů na E-konektoru
- výměnu krytky distálního konce včetně krycí gumy ohebné části
- výměnu zaváděcího tubusu včetně ohebné části a mechanismu ovládání
- výměnu tlačítkové sekce

**CENA NAVRHOVANÉ OPRAVY ČINÍ..... 136 124 Kč**  
**CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 21% ..... 164 710 Kč**

Požádat o zapůjčení náhradního přístroje lze po schválení cenového návrhu.  
Pronájem přístroje se řídí záůjčnými podmínkami společnosti OLYMPUS Czech Group.

CENOVÝ NÁVRH ZPRACOVAL :

SOUHLASÍM S PROVEDENÍM OPRAVY  
PODPIS / RAZÍTKO

DNE: 14.03.2022

DNE: .....

Přibližná doba opravy cca. 10 dní od schválení cenového návrhu. Po ukončení opravy Vám bude zaslána faktura. Záruční doba na provedenou opravu je 6 měsíců ode dne převzetí opraveného přístroje a vztahuje se pouze na použitý materiál a vykonané práce. Vaše vyjádření zasílejte, prosím, na adresu, faxové číslo nebo e-mail uvedené ve spodní části cenového návrhu. V zájmu urychlení opravy Vašeho přístroje Vás žádáme o schválení a odeslání cenového návrhu do 5-ti dnů aby Vaše zakázka mohla být řádně a včas vyřízena.

**OLYMPUS CZECH GROUP S.R.O. ČLEN KONCERNU**



[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** středa 23. března 2022 13:17  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** RE: [EXTERNAL] objednávka

Dobrý den,

děkuji Vám za schválení cenového návrhu a potvrzují tímto objednávku opravy videogastroskopu GIF-Q165 s v.č. 2904855 na základě cenového návrhu opravy číslo 51722092/14076.  
Již jsem dal technikům pokyn k zahájení.

S pozdravem a přáním klidného dne

[REDACTED]

Servis zdravotnické techniky  
Divize zdravotnické techniky

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU  
Evropská 176/16  
160 41 Praha 6  
Česká republika

[REDACTED]

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, vložka C,  
oddíl 93921, IČO: 27068641

[REDACTED]

[REDACTED]

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Wednesday, March 23, 2022 12:38 PM  
**To:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Subject:** [EXTERNAL] objednávka

PLEASE NOTE: Please use caution when opening links and attachments in this message.

Dobrý den,  
V příloze Vám zasílám objednávku č. 46/101539 – oprava videogastroskopu GIF-Q165 v.č. 2904855 na oddělení centrální endoskopie Nemocnice Most.  
Prosím o akceptaci (potvrzení přijetí) této objednávky z důvodu vkladu do registru smluv.

Děkuji, přeji hezký den.

referent

Oddělení zdravotnické techniky

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

web: [www.kzcr.eu](http://www.kzcr.eu)

Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o.z.  
J.E.Purkyně 270, Most

