



Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. –  
Mobilní ultrazvukový přístroj**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2821/2022**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI, TIFF

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku přístroje s možností archivace ve formátech JPEG, WMV, MPEG4, AVI a DICOM 3?

### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- Laterální gain

Bude zadavatel akceptovat nabídku na dodávku přístroje s funkcí CTO - Continuous Tissue Optimization, která automaticky optimalizuje gain v laterálním směru?

### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.



**Dotaz č. 3:**

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:


- Sondy musí být resterilizovatelné v běžně dostupných dezinfekčních prostředcích ponorem (bez ponoru konektoru).

Je tedy požadována odolnost sondy při ponoření celé sondy i s kabelem (kromě konektoru) nebo postačí možnost ponoření pouze vlastní sondy tak, aby nedošlo k ponoření kabelu?

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel trvá na požadavku: Sondy musí být resterilizovatelné v běžně dostupných dezinfekčních prostředcích ponorem (bez ponoru konektoru).

V Ústí nad Labem dne 29-03-2022

02  
 Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel