

## Poskytnutí dodatečných informací č. 16

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

### Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

Dotaz č. 1:

Část 3- Skiagrafický rtg přístroj s přímou digitalizací: „Vertikální pojezd manuální i motorický“.

Dotaz zní: Stacionární RTG přístroje obsahující funkci vertikální autotracking musí mít vždy motorizovaný vertikální pohyb stropního závěsu. V případě snímkování bez funkce autotracking je možné vertikální pohyb stropního závěsu uskutečnit manuálně pomocí motorizovaného pohybu. Měl zadavatel na mysli takovéto řešení?

Odpověď č.1:


Dotaz je díky formulaci „snímkování bez funkce autotracking“ poněkud nejasný.

V této souvislosti proto Zadavatel shrnuje své požadavky následovně:

Požadavkem na přístroj se stropním závěsem, jehož vertikální pohyb je motorický i manuální, má Zadavatel na mysli možnost posouvat rentgenovou lampu vertikálním směrem dle volby obsluhy buď manuálně (např. tahem za madlo umístěném na rtg. lampě nahoru-dolů) nebo motoricky (např. dálkovým ovladačem).

Požadavkem na jinou funkci tzv. autotracking, má Zadavatel na mysli automatické vzájemné sledování pohybu detektoru a rentgenky tak, aby centrální paprsek rtg. lampy vždy směřoval na střed detektoru při zachování nastavené vzdálenosti ohnisko – detektor (SID).

V Ústí nad Labem dne: - 8 -07- 2015



Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

