



Název veřejné zakázky: **Bezplatná výpůjčka hematologického analyzátoru pro stanovení krevního obrazu včetně dodávek vázaného spotřebního materiálu**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2795/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

- 1) Prosíme zadavatele o upřesnění, zda požaduje pro bezplatnou výpůjčku nový nepoužitý analyzátor nebo může být starší repasovaný?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje dodat zboží nové, nerepasované a nepoužité. V souvislosti s tím zadavatel doplnil obligatorní návrh smlouvy, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

- 2) Zadavatel uvádí, že kontroly jsou prováděny 1 x denně. Požaduje zadavatel každodenní měření na třech hladinách (nízká, normální, vysoká)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje provedení kontrol (měření) 1 x denně ve všech třech hladinách (nízká, normální a vysoká).

Dotaz č. 3:

- 1)
V příloze č. 2 - Technická specifikace pro hematologický analyzátor pro měření vzorků dárců krve je v rámci požadovaných minimální technických a uživatelských parametrů a vlastností uveden i požadavek na:

„• *řídící SW a komunikace v českém jazyce*“.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zařadil tento neobvyklý požadavek do technické specifikace analyzátoru, jistě je mu známo tržní prostředí a technické specifikace analyzátorů nabízených na trhu, kdy analyzátory nemají řídicí SW ani komunikaci v českém jazyce. Dodavatel si není vědom, že by byl v současné době výrobcem na trhu, který by tuto podmínku splňoval a pokud ano, bude se jednat o jednoho konkrétního výrobce, který tím získal konkurenční výhodu před ostatními dodavateli/výrobci a ti v podstatě nejsou schopni vůbec podat nabídku, neboť nesplňují tento požadavek na vlastnosti analyzátoru, a tím zadavatel vytvořil bezkonkurenční prostředí. S tím souvisí přímý zákaz (ust. §36 odst. 1 v návaznosti na § 89 odst. 5 Zákona) stanovit technické podmínky tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Zákaz zvýhodňovat určité dodavatele je projevem zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace (ust. § 6 odst. 2 Zákona), které taktéž zásadním způsobem limitují zadavatele při vymezení technických podmínek.

Tento požadavek zadavatel možná začlenil do vlastnosti analyzátoru z obavy, že by obsluha analyzátoru nerozuměla pokynům řídicího SW v anglickém jazyce. Tato obava je ovšem bezpředmětná, neboť se jedná o velmi jednoduché úkony a obsluha analyzátoru bude náležitě proškolená, jak dané zařízení používat v rámci školení při předání předmětu výpůjčky. Na základě dosavadních zkušeností dodavatele nikdy nebyl problém, že by obsluha analyzátoru nerozuměla pokynům řídicí SW v anglickém jazyce.

Dotaz:


Na základě výše uvedeného žádáme zadavatele, aby tento svůj požadavek odstranil z minimálních technických a uživatelských parametrů a vlastností na analyzátor a tím vytvořil konkurenční prostředí.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na požadavku „řídicí SW a komunikace v českém jazyce“

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

V Ústí nad Labem dne: 20.04.2022



02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel
IČ: 25488627

Přílohy:

Příloha č. 4 – Obligatorní návrh rámcové dohody platný od 25.4.2022