

Poskytnutí dodatečných informací č. 9

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.-2“

Dotaz č. 1:

Extrakorporální litotryptor:

Zadavatel požaduje v obligatorním návrhu smlouvy pro část č. 1 – Extrakorporální litotryptor, 3. Část Zvláštní požadavky, odstavec b, pododstavec iv – následující: Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

1. ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)
2. ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET
3. ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25
4. ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40
5. ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

Jako uchazeč o tuto veřejnou zakázku jsme byli informováni zástupcem výrobce RTG-C-ramene, jednoho z prvků požadovaného systému, že pro tuto úroveň přístrojů nejsou k dispozici níže uvedené modalita, které zadavatel požaduje.

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40
- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

Tato skutečnost se týká více potencionálních uchazečů, kteří integrují RTG-C-rameno do svého systému...

Bude zadavatel akceptovat dodávku C-ramene, které je součástí extrakorporálního systému bez možnosti nakonfigurování Dicom modalita ID InstitutionAddress (0008, 0081), ID DepartmentName (0008,1040) ?

Odpověď č. 1:

Zadavatel akceptuje dodávku C-ramene, které je součástí extrakorporálního systému, bez možnosti nakonfigurování Dicom modality ID InstitutionAddress (0008,0081), ID DepartmentName (0008,1040). Jak uvádí tazatel, uvedené modality nejsou běžně dodávány. Technická specifikace v zadávací dokumentaci tento požadavek neobsahuje, v obligatorním návrhu smlouvy byl uveden na základě administrativní chyby zadavatele.

Na základě provedené změny zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro část 1 do 27.7.2015 do 10:00.**

V Ústí nad Labem dne:

10 -07- 2015

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488

.....

Ing. Petr Fiala
generální ředitel