

## **Poskytnutí dodatečných informací č. 10**

*v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.*

s názvem:

### **„Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s. – pořízení lineárního urychlovače a PET/CT“ – část 2**

#### **Dotaz č. 1:**

Bude zadavatel požadovat v rámci tohoto systému také možnost manuální aplikace RF jednotlivému pacientovi v případě nemožnosti aplikace RF přímo do kanyly pacienta ? Jinými slovy, je požadován systém s možností variantní volby automatické nebo manuální aplikace kdykoliv ve fázi po přípravě dávky RF jednotlivému pacientovi ?

#### **Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

U 20-30 % pacientů není z různých důvodů možné aplikovat RF přímo do kanyly pacienta a je nutná manuální aplikace.

#### **Dotaz č. 2**

Bude zadavatel požadovat zajištění systému proti náhodnému předávkování pacienta v případě jakéhokoliv technického výpadku systému ?

#### **Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

Případné zdravotní důsledky pro pacienta a právní důsledky pro obsluhu a zadavatele.

#### **Dotaz č. 3:**

Bude zadavatel požadovat zajištění automatického odstranění náhodných vzduchových bublin v systému kanyl ?

#### **Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

Případné zdravotní důsledky pro pacienta a právní důsledky pro obsluhu a zadavatele.

**Dotaz č. 4:**

Bude zadavatel požadovat zajištění zabezpečení proti náhodné kontaminaci mezi jednotlivými pacienty v důsledku opakovaného napojování výměnné individuální patientské kanyly a společné systémové kanyly ?

**Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

Případné zdravotní důsledky pro pacienta a právní důsledky pro obsluhu a zadavatele.

**Dotaz č. 5:**

Bude zadavatel požadovat kalibrační systém pro každou dodávku radiofarmaka s možností navrácení použité kalibrační dávky radiofarmaka k dalšímu použití, nebo připouští možnost odeslání použité kalibrační dávky radiofarmaka do odpadu, vedoucí ke snížení počtu aplikovaných pacientů z každé dodávky radiofarmaka a s tím související případný nárůst

---

provozních nákladů až o cca 0,5 milionu Kč bez DPH ročně v případě 1 kalibrované dávky radiofarmaka během provozního dne ?

(20 dní v měsíci, 12 měsíců v roce, 1 kalibrovaná dávka radiofarmaka během provozního dne, průměrná hmotnost pacienta 75 kg, aplikovaná dávka 2,5 MBq/kg, cena radiofarmaka cca 11.096,00 Kč/GBq → cena radiofarmaka 2080,50 Kč/pacienta x 240 kalibrovaných dávek/rok = 499.320,00 Kč/rok)

**Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

Případné ekonomické důsledky pro zadavatele.

---

**Dotaz č. 6:**

Bude zadavatel požadovat systém akceptující různé typy transportních kontejnerů od případných budoucích dodavatelů radiofarmak nebo pouze jeden typ transportního kontejneru ?

**Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

Případné ekonomické důsledky pro zadavatele.

---

**Dotaz č. 7:**

Bude zadavatel požadovat systém s automatickým odsunutím víka transportního kontejneru a perforací septa, nebo se předpokládá tato činnost manuálně obsluhujícím personálem?

**Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

Případné provozní důsledky pro zadavatele z důvodu vyšší radiální zátěže obsluhujícího personálu.

**Dotaz č. 8:**

Bude zadavatel požadovat systém umožňující libovolné pořadí aplikace radiofarmaka různým pacientům včetně dětí, t.j. např. aplikovat dávku min. 14 MBq pro dětského pacienta vážícího 3 kg (Dosage Card EANM z 1.5.2008) jako prvního?

**Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**

Případné provozní důsledky pro zadavatele z důvodu nemožnosti libovolně vyšetřovat dětské pacienty po dodávce kalibrované dávky radiofarmaka.

**Dotaz č. 9:**

Bude zadavatel požadovat systém s kontinuálním on-line dozimetrickým monitoringem pracovního a ovládacího prostoru obsluhujícího personálu, např. pomocí zabudovaného GM měřiče, z hlediska radiální bezpečnosti?

**Zdůvodnění požadavku pro dodatečnou informaci:**


Případné provozní a právní důsledky pro zadavatele.

**Odpověď:**

Zadavatel není povinen odpovědět na výše uvedený dotaz doručený zadavateli dne 8. 7. 2015., neboť nebyla dodržena lhůta pro včasné doručení žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám před uplynutím lhůty pro podání nabídek dle § 49 odst. 1 ZVZ.

V Ústí nad Labem dne:

10 -07- 2015

06  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel