



Název veřejné zakázky: **Dodávky transfuzních a infuzních setů - příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. II.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2842/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1 k části 1:

Můžeme požádat o snížení minimálního rozsahu plnění pro významné dodávky na polovinu? Jsme menší firma a nemáme takové objemy prodeje. Mohl by tak být rozšířen okruh potenciálních dodavatelů.

Odpověď č. 1 k části 1:

Zadavatel v zájmu rozšíření počtu potenciálních účastníků rozhodl v této části veřejné zakázky o snížení minimálního rozsahu plnění pro významné dodávky na polovinu a to následovně:

Původní znění:

Zadavatelem požadovaný minimální rozsah plnění za každou jednotlivou dodávku dle jednotlivých částí veřejné zakázky:

Část	Název části	Požadovaný min. rozsah plnění za každou jednotlivou dodávku v Kč bez DPH
část 1	Bezjehlové konektory – pro periferní použití (modrý/bílý/transparentní)	1 828 000 Kč

Nové znění:

Část	Název části	Požadovaný min. rozsah plnění za každou jednotlivou dodávku v Kč bez DPH
část 1	Bezjehlové konektory – pro periferní použití (modrý/bílý/transparentní)	914 000 Kč

Nové znění zadávací dokumentace je přílohou tohoto Vysvětlení a je uveřejněné na profilu zadavatele.

Dotaz č. 2 k části 2:

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v části 2 – „Bezjehlové konektory – pro periferní použití – červený“

Dotaz:

Námi nabízený produkt v průhledné barvě s oranžovým těsnícím kroužkem se standardně používá na odděleních jednotek intenzivní péče a nijak neovlivňuje medicínský účel.

Bude zadavatel akceptovat námi nabízené řešení?

Odpověď č. 2 k části 2:

Zadavatel nabízené řešení neakceptuje. Zadavatel trvá na původním znění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3 k části 2:

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci v bodě 6.3. k prokázání technické kvalifikace Seznam minimálně 2 významných dodávek se stejným předmětem plnění, realizovaných v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, přičemž minimální rozsah plnění za každou jednotlivou dodávku dosáhl nejméně 255.000,- Kč.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat 1 významnou dodávku s minimálním plněním přesahujícím 300.000,- Kč bez DPH a 1 rámcovou dodávku s postupným plněním pro jednoho objednatele za jeden kalendářní rok v celkové hodnotě přesahující 300.000,- Kč bez DPH?

Odpověď č. 3 k části 2:

U prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 79 odst. 3 ZZVZ může dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace předložit i významné dodávky se stejným předmětem plnění, které realizoval v době po zahájení tohoto zadávacího řízení. Jednotlivou dodávkou se pro účely této veřejné zakázky rozumí jednorázová dodávka předmětu plnění (posuzovaného dle odpovídajícího CPV kódu) v požadované minimální hodnotě v rozhodném období



a průběžné dodávky předmětu plnění (posuzovaného dle odpovídajícího CPV kódu) realizované na základě jedné rámcové dohody, které v součtu dosahují za rozhodné období minimální požadovanou hodnotu.

Dotaz č. 4 k části 5:

Požadujete bílý combi uzávěr. Je možno nahradit modrým nebo červeným? Trvá zadavatel na rozdělení jednotlivých barev?

Odpověď č. 4 k části 5:

Zadavatel trvá na rozdělení jednotlivých barev dle technické specifikace.

Dotaz č. 5 k části 5:

V části 5 v technických požadavcích je uvedeno Konektor se spojovací hadičkou neobsahuje PVC, DEHP, latex. Skutečně zadavatel požaduje hadičku bez PVC?

Odpověď č. 5 k části 5:

Zadavatel trvá na hadičce bez PVC.

✓ Dotaz č. 6:

Zadavatel ve všech částech požaduje splnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Bude zadavatel akceptovat doložení stále platné 93/42/EHS ?

Odpověď č. 6:

Zadavatel postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel akceptuje doložení stále platné 93/42/EHS, pokud budou splněny výjimky dle platné legislativy.

Dotaz č. 7:

Zadavatel ve všech částech požaduje splnění ČSN EN 1701 (EN594-2). Domníváme se, že se jedná o překlep a jedná se o normu ČSN EN 1707. Tato norma však již není platná. Bude zadavatel akceptovat normu novou ČSN EN ISO 80369-7?


Odpověď č. 7:

Ano, jedná se o překlep ČSN EN 1701/ ČSN EN 1707. Zadavatel akceptuje ČSN EN ISO 80369-7 (852112). Nové znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace je přílohou tohoto Vysvětlení a je uveřejněné na profilu zadavatele.



Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje u částí 1, 2, 3, 4 a 5 předmětné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 05 -05- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti