

Poskytnutí dodatečných informací č. 18

v zadávacím řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení.

s názvem:

Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s. – 2015

Dotaz č. 1 :

Rádi bychom navázali na odpověď zadavatele v dodatečných informacích č.16, odpověď ze dne 8.7.2015. Uchazeč měl na mysli, zda zadavatel bude akceptovat řešení manuálního (ne automatického) vertikálního pohybu zářiče na stropním závěsu pomocí dvou tlačítek umístěných na „řídítkách“ stropního závěsu, které aktivují motorický posun nahoru - dolů. Jedná se o manuální nastavení požadované výšky, které z klinického hlediska zvyšují komfort a funkčnost řešení. Tento manuální režim umožňuje rychle nastavení jakékoliv vertikální pozice a tím přispívá k větší průchodnosti a výtěžnosti pracovišti

Odpověď č.1 :

Zadavatel své požadavky na vertikální pohyb stropního závěsu již shrnul dostatečně podrobně v dodatečných informacích č. 16 ze dne 8.7.2015.