



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a REACT-EU 100 - Laboratorní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnici Most, o.z., a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2919/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V části I. Prosíme o zodpovězení následujících upřesňujících dotazů:

V rámci technické specifikace Příloha č.2 a: **Laboratorní inkubátor pro Odd. klinické mikrobiologie Nemocnice Most** je požadováno:

Dotaz č. 1

Teplotní rozsah minimálně 20 – 45°C s přesností nastavení 0,1°C.

Pro dodržení rozmezí teplot od 20-45°C se při teplotě místnosti vyšší než cca 15°C (typický regulační rozsah nechlazené ho inkubátoru je okolní teplota plus cca 3 až 5°C) nelze vyhnout užití chlazeného inkubátoru, jelikož jinak není možné udržet zvláště v letních měsících teplotu 20°C.

Dotaz: Je požadován standardní nebo chlazený inkubátor?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje chlazený inkubátor.

Dotaz č. 2

Minimální objem 745 l

Dotaz: Je požadovaný minimální objem celkový nebo využitelný?

Odpověď č. 2

Zadavatel požaduje využitelný minimální objem.

**Dotaz č. 3*****Laboratorní inkubátor***

Laboratorní inkubátor nemusí ze své podstaty být zdravotnickým prostředkem. Splnění požadovaných vlastností inkubátoru lze zajistit provedením instalační kvalifikace (validace).

Dotaz: Je možné od požadavku na *Osvědčení zdravotnického prostředku* upustit?

Odpověď č. 3

Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách.

V rámci technické specifikace Příloha č.2 b: **Laboratorní inkubátor pro pracoviště Rumburk** je požadováno:

Dotaz č. 4***Nastavení teploty +20°C až + 80°C.***

Pro dodržení rozmezí teplot od +20°C se při teplotě místnosti vyšší než cca 15°C (typický regulační rozsah nechlazeného inkubátoru je okolní teplota plus cca 3 až 5°C) nelze vyhnout užití chlazeného inkubátoru, jelikož jinak není možné udržet zvláště v letních měsících teplotu 20°C.

Dotaz: Je požadován standardní nebo chlazený inkubátor?

Odpověď č. 4

Zadavatel požaduje chlazený inkubátor.

Dotaz č. 5***Nastavení teploty +20°C až + 80°C.***

Teplota při provádění mikrobiologických kultivací je nižší než 80°C.

Dotaz: Je možné snížit maximální požadovanou teplotu na +70°C?

Odpověď č. 5

Zadavatel akceptuje i snížení maximální požadované teploty na +70°C.

Dotaz č. 6***Kapacita 100 – 160 l***

Dotaz: Je požadovaný objem celkový, nebo využitelný?

Odpověď č. 6

Zadavatel požaduje celkový objem.



V rámci technické specifikace Příloha č.2 c: **Laboratorní termostat pro ARO oddělení pro pracoviště Rumburk** je požadováno:

Dotaz č. 7

Nastavení teploty: 0 °C až +25 °C po 0,1°C

Standardní rozmezí pro chlazené laboratorní termostaty je +4 až 25°C.

Dotaz: Je možné upravit zadání rozsahu nastavení teploty na +4 až 25 °C?

Odpověď č. 7

Zadavatel akceptuje i rozsah nastavení teploty na +4 až 25 °C po 0,1°C.

Dotaz č. 8

Objem 150 – 200 l.

Dotaz: Je požadovaný objem celkový, nebo využitelný?

Odpověď č. 8

Zadavatel požaduje celkový objem.

Zadavatel tímto prodlužuje u **části 1** výše uvedené předmětné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 10 -05- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti