



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Počítačové tomografy včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z. a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk - Část 1 - Počítačové tomografy včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2857/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v předmětu V2 a popisu částí VZ, uvádí, že předmětem zakázky je dodání 3 ks počítačových tomografů a 1 ks kontrastní stříkačky - injektoru. Konkrétně pak v části 1 mají být dodány 2 ks počítačového tomografu, po jednom kusu do Nemocnice Teplice a Nemocnice Litoměřice. V části 2 pak má být dodán 1 ks počítačového tomografu a 1 ks kontrastní stříkačky - injektoru. Zároveň však zadavatel v technické specifikaci k části 1 - tedy dodávek pro Nemocnici Teplice a Litoměřice, uvádí jako položku 53. Automatický injektor pro tlakové podání kontrastní látky a fyz. roztoku neboli „stříkačky“. V celkovém plnění zakázky jsou tak definovány požadavky na celkem 3 ks počítačového tomografu a 3 ks kontrastní stříkačky - injektoru. Toto je v rozporu s předmětem VZ a popisem částí VZ v zadávací dokumentaci. Může zadavatel vyjasnit tuto situaci?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uvádí, že závazným pro rozsah předmětu zakázky je dokument technické specifikace. Zadavatel tedy potvrzuje, že požaduje dodání kontrastní stříkačky – injektoru u všech dodaných CT.

Původní znění uvedené v ZD bod 2.2 **Předmět veřejné zakázky:**

*„Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to 3 ks počítačových tomografů a 1 ks **kontrastní stříkačka** – injektor, spolu s odpovídajícím příslušenstvím pro potřeby RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice a Masarykovi nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk, včetně: ...“*

Nové znění uvedené v ZD bod 2.2 **Předmět veřejné zakázky:**

*„Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků, a to 3 ks počítačových tomografů a 3 ks **kontrastní stříkačka** – injektor, spolu s odpovídajícím příslušenstvím pro potřeby*



RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice a Masarykovi nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk, včetně: ... “

Dotaz č. 2

Zadavatel upravuje požadovanou dobu/termín plnění veřejné zakázky v obligatorním návrhu kupních smluv pro jednotlivé části VZ. V návrzích smluv pro obě části, konkrétně v čl. III odst. 1. uvádí, že „Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy“. S ohledem na extrémně komplikovanou situaci ve výrobním a logistickém řetězci napříč všemi odvětvími (zdravotnické technologie nevyjímaje), která je zapříčiněna globální geopolitickou situací, je požadovaný termín nesplnitelný. V posledních měsících bylo na našem trhu vypsáno několik výběrových řízení na obdobné předměty plnění, kde byly termíny plnění stanoveny ve většině případů v rozsahu 120 - 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, či zaslání výzvy k plnění. Zváží zadavatel, s ohledem na výše uvedené a na souběh 3 dodávek v jedné zakázce, úpravu termínu plnění na horní hranici aktuální tržního standardu, tedy 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, či zaslání výzvy k plnění?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel upravuje v odst. 1. v článku III. obligatorního návrhu smlouvy termín plnění veřejné zakázky na 120 kalendářních dnů.

Dotaz č. 3

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v předmětu VZ a popisu částí VZ uvádí, že součástí předmětu VZ je také pozáruční servis dodaných přístrojů na 72 měsíců. V obligatorním návrhu kupní smlouvy (shodně pro obě části VZ) pak zadavatel v čl. VI. odst. 2. definuje: „Prodávající se zavazuje v rámci pozáručního servisu provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.), tj. uveden/zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů vč. vakuových prvků a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce. “ A dále pak ve stejném čl. v odst. 9. definuje:

„Prodávající se dále zavazuje provádět v rámci pozáručního servisu:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,*
- bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,*
- revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,*
- v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,*

poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. “

Zadavatel tak v kupní smlouvě definuje rozsah pozáručního servisu jako tzv. „full servis“, tedy pozáruční servis zahrnující opravy vč. dodávek všech náhradních dílů a vakuových prvků. Zároveň však v dokumentu 6a - Rozklad cenové nabídky (shodně pro obě části VZ) uvádí „bližší specifikaci“ požadavku na "Pozáruční servis na dobu 72 měsíců po uplynutí záruky" a specifikuje jej takto:

"Tento požadavek zahrnuje:

- 1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické*



ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,

2) bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona *in vitro* nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,

3) revize dle § 67 zákona *in vitro* nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,

4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,

5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek."

Tedy plnění bez provádění oprav, či dodávek náhradních dílů a vakuových prvků pro provádění oprav.

Spatřujeme rozpor v definici pozáručního servisu v kupní smlouvě a v dokumentu 6a - Rozklad cenové nabídky. Může zadavatel upřesnit, jaký rozsah plnění pozáručního servisu v obou částech veřejné zakázky požaduje? Zároveň se domníváme, že v obligatorním návrhu kupní smlouvy se zadavatel chybně odkazuje (na několika místech) na zákon č. 268/2014 Sb., který po datu účinnosti zákona č. 89/2021 Sb. upravuje problematiku diagnostických zdravotnických prostředků *in vitro* (viz. také jeho novelizovaný název „Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích *in vitro*“).

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel požaduje plnění v rozsahu tzv. full servisu.

Zadavatel zveřejní upravené přílohy 6a+6b *Rozklad cenové nabídky* tak, aby byly v souladu s požadavky na pozáruční servis („full servis“) uvedený v přílohách 4a+4b *Obligatorní návrh smlouvy*.

Zadavatel v přílohách 4a+4b *Obligatorní návrh smlouvy* opravuje chybný odkaz na zákon č. 268/2014 Sb. → 89/2021 Sb.

Dotaz č. 4

Zadavatel v zadávací dokumentaci, konkrétně v obligatorním návrhu kupní smlouvy (shodně pro obě části VZ) zadavatel v čl. V. odst. 9., jež upravuje plnění v rámci záručního servisu, stanovuje, že „Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7 tohoto článku.“

Zároveň pak ve stejném dokumentu v čl. VI. odst. 6 jež upravuje plnění v rámci pozáručního servisu stanovuje, že „Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 2 kalendářní dny. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího.“ Odstranění vad ve lhůtě 3 kalendářních dnů je již samo o sobě bez další úpravy běhu lhůt mimo pracovní dny hraničně splnitelným požadavkem. Další zkrácení této lhůty v pozáručním období na 2 kalendářní dny je pak požadavkem, který nevyhnutelně vede k výraznému a neúměrnému navýšení ceny pozáručního servisu, neboť dodavatele automaticky nutí ke kalkulování s velmi vysokým rizikem aplikování smluvních pokut při překročení této lhůty.

Zváží zadavatel unifikaci těchto lhůt na 3 kalendářní dny, či případně úpravu na lhůtu 3 pracovních dní?

**Odpověď na dotaz č. 4**

Zadavatel upravuje zmíněnou lhůtu odstranění vad na 3 kalendářní dny, v souladu s tímto zveřejňuje upravený návrh smluv.

Dotaz č. 5

Zadavatel ve veřejné zakázce REACT-EU 98 - Počítačové tomografy včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. požaduje v technické specifikaci pro CT v nemocnicích Teplice a Litoměřice parametr Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta (jako SURE kV, CARE kV, kV Assist,...). V technické specifikaci pro nemocnici Rumburk tento parametr chybí. Pacienti této nemocnice vyšetřováni na CT tak mohou obdržet vyšší dávku záření, než je nezbytně nutné. Funkcionalita automatické nastavení již běžně patří k souboru technik pro účinné snižování dávky při CT vyšetření.

Dotaz: Neuvažuje zadavatel o rozsvení parametru „Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta (jako SURE kV, CARE kV, kV Assist,...)“ i pro nemocnici Rumburk?

Odpověď na dotaz č. 5

Ano, zadavatel požaduje parametr „automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta (jako SURE kV, CARE kV, kV asissist,...)“ i pro nemocnici Rumburk.

Dotaz č. 6

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace předložením seznamu významných dodávek se stejným nebo obdobným předmětem plnění, který bude posuzován dle CPV kódů 33115000-9.

Bude zadavatel akceptovat doložení významných dodávek počítačových tomografů, které byly dodány dle ZD vypsané s CPV kódem 33115100-0 CT Skener, či jemu obdobným pro počítačový tomograf?

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel bude akceptovat i významné dodávky s CPV kódem 33115100-0 - CT skener.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 4a - *Obligaturní návrh smlouvy, část 1 - TP, LTM_aktualizováno 10.5.2022*


Příloha č. 2 - Příloha č. 4b - *Obligaturní návrh smlouvy, část 2 - RB_aktualizováno 10.5.2022*

Příloha č. 3 - Příloha č. 6a - *Rozklad cenové nabídky, část 1 - TP, LTM_aktualizováno 10.5.2022*

Přílohu č. 4 - Příloha č. 6b - *Rozklad cenové nabídky, část 2 - RB_aktualizováno 10.5.2022*

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 11-05-2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel