



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a REACT-EU 100 - Laboratorní technika pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnici Most, o.z., a Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2919/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotazy se vztahují k části 1:

Laboratorní inkubátor pro ARO oddělení pro pracoviště Rumburk:

Dotaz č. 1:

Požadujete vnitřní nebo vnější skleněné dveře?

Odpověď č. 1:

Skleněné dveře nejsou podmínkou zadavatele.

Laboratorní termostat pro ARO oddělení pro pracoviště Rumburk:

Dotaz č. 2:

Budete akceptovat teplotní rozsah +3 až +40 °C?

Odpověď č. 2:

Zadavatel akceptuje i teplotní rozsah +3 až +40 °C po 0,1°C.

**Dotaz č. 3:**

Budete akceptovat objem komory 112 l nebo 245 l?

Odpověď č. 3:

Zdali je využitelný prostor termostatu 112 l, zadavatel akceptuje i 112 l. Objem komory 245 l zadavatel neakceptuje.

Laboratorní inkubátor:**Dotaz č. 4:**


Budete akceptovat přístroj, který nemá osvědčení zdravotnického prostředku, ale je určen pro laboratorní účely?

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na osvědčení zdravotnického prostředku.

Zadavatel tímto prodlužuje u části 1 výše uvedené předmětné zakázky lhůtu pro podání nabídek na celou původní délku. Nová lhůta je uveřejněna na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 17 -05- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti