

KZ

Objednávka 4600103283

Datum objednávky 13.06.2022

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Most, o.z.

J.E.Purkyně 270

434 64 Most

CHEIRÓN a.s.

Kukulova 24

169 00 Praha 6, Břevnov

Vaše číslo dodavatele u nás

1000035

Termín dodávky: 13.06.2022

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava plicního ventilátoru SV300	105.000,00	105.000,00

Objednáváme u Vás opravu plicního ventilátoru Mindray SV300.
inv.č. 420074170, výr.č. GB-7B004668


- výměna turbíny po 20000 mh, vadný expirační proporcionální ventil

Jméno kontaktní osoby: [REDACTED] oddělení ARO-RES Nemocnice Most
[REDACTED]

Objednávka vystavena na základě vaší cenové nabídky č. 003 200772 ze dne 10.6.2022

Celk.hodn. s DPH CZK

105.000,00



Vystavil: 2548

Z důvodu registrace od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** CHEIRÓN a.s.Kukulova 24
169 00 Praha 6

IČ : 27094987

DIČ: CZ27094987

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Řada dokladu : 003

Číslo dokladu : 200772

Sklad : 100.00400.004

Zakázka : 151

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Web: www.cheiron.eu**Místo určení :** Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most,
o.z.J.E.Purkyně 270
434 64 Most**Odběratel :** Krajská zdravotní, a.s.Sociální péče 3316/12a
400 11 Ústí nad Labem

Datum pořízení : 10.06.2022

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 25488627

DIČ : CZ25488627

Vážená [REDAKCE]

na základě Vaší objednávky č. 4600103007 Vám zasíláme dodatečnou cenovou nabídku na provedení BTK plicního ventilátoru SV300, v.č. GB-7B004668.

servis: Výměna turbíny po 20000 mh, při BTK zjištěn vadný expirační proporcionální ventil.

- platnost nabídky 3 měsíce

Oddělenou přílohu této nabídky tvoří Obchodní podmínky – koupě movitých věcí a poskytování služeb verze platná od 15.11.2019 (dále jako „OP“), které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.cheiron.cz. Ve smyslu ust. § 1751 a odst. 1 OZ tvoří OP část obsahu smlouvy uzavřené na základě této nabídky a její akceptace. Přijetím nabídky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem OP v celém rozsahu, a že souhlasí s tím, že se bude v příslušném smluvním vztahu vzniklém na základě této nabídky a její akceptace řídit touto smlouvou (nabídkou) a OP.

Na případnou objednávku uveďte, prosím, číslo nabídky a zašlete na adresu: [REDAKCE]

Doufáme, že nabídka odpovídá Vaším představám a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

[REDAKCE]
Servisní oddělení

CHEIRÓN a.s.

Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6

Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň

[REDAKCE]
www.cheiron.eu

Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 3.5.2021 proběhla změna sídla společnosti z Ulrychova 2260/13, Praha 6. Nová adresa je Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6. Ostatní údaje zůstávají beze změny. Žádáme Vás o úpravu naší adresy ve Vašem systému, doklady se starou adresou již bohužel nelze akceptovat.

"Informace v tomto e-mailu včetně jeho příloh obsažené nejsou právním jednáním společnosti CHEIRÓN a.s. směřujícím k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Informace v e-mailu a jeho přílohách obsažené mají indikativní a informační charakter. Jednání směřující k uzavření smlouvy, z níž by společnost CHEIRÓN a.s. byla právně zavázána, je vázáno výlučně na jednání osob oprávněných příslušnou společností zavazovat a za ni jednat (statutární orgány a osoby zmocněné na základě plné moci)."

Vystavil : [REDAKCE]

Zpracováno systémem HELIOS iNuvio

CH-170327-HeO-SC0076

Nabídka : 003200772

Strana: 1 / 2

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB**Dodavatel :** CHEIRÓN a.s.

169 00 Praha 6

Řada dokladu : 003

Číslo dokladu : 200772

Sklad : 100.00400.004

utajované informace, informace považované společností CHEIRÓN a.s. za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl omylem doručen, zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přeměrování, zpřístupnění další osobě a podobně. O chybném doručení informujte odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte ze svého počítače.

Žádáme Vás, abyste dekontaminovali Vámi používaný zdravotnický prostředek (ZP) před jeho odesláním do společnosti CHEIRÓN a.s. Záznam o dekontaminaci ZP prosím přiložte ke ZP.
Nebude-li ZP Vámi dekontaminován, bude společnost CHEIRÓN a.s. Váš ZP dekontaminovat na Vaše náklady.

Před servisem (oprava, BTK) ve Vašem zařízení Vás žádáme, abyste dekontaminovali ZP, na kterém bude servisní technik provádět servis.

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky		Úprava ceny		Celkem bez DPH		Celkem s DPH po slevě	
		MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	+/- %	po slevě		DPH %
1	170 PV-115-028051-00	Turbína pro SV300/600/800							
	1,00	ks	45 000,00	45 000,00			45 000,00	21	54 450,00
2	170 PV-082-001903-00	Filtr tlakového sensoru SV 300							
	2,00	ks	310,00	620,00			620,00	21	750,20
3	500 1102-04	Odkrytování a zakrytování přístroje							
	1,00	ks	605,00	605,00			605,00	21	732,05
4	500 1125-04	Demontáž, montáž el. mech. funkčního celku							
	1,00	ks	2 350,00	2 350,00			2 350,00	21	2 843,50
5	170 PV-024-000565-00	Inspirační / Expirační proporcionální ventil SV300							
	1,00	ks	37 850,00	37 850,00			37 850,00	21	45 798,50
Výrobní číslo :		1,00	46967						
		6,00		86 425,00			86 425,00		104 574,25

Celkem Kč**104 574,25**

[Redacted]
Od: [Redacted]
Odesláno: pondělí 13. června 2022 15:33
Komu: [Redacted]
Předmět: RE: objednávka
Podepsáno: [Redacted]

Dobré odpoledne [Redacted]

děkuji Vám za zaslání objednávky č. 4600103283 ze dne 13.6.2022 v celkové výši 105.000,- vč. DPH a zároveň ji tímto akceptujeme.

S pozdravem a přáním pohodového dne

[Redacted]
Servisní oddělení



CHEIRÓN a.s.
Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň

[Redacted]
www.cheiron.eu

UPOZORNĚNÍ:

UPOZORNĚNÍ:

Dovolte nám informovat Vás o plánované technické odstávce v naší společnosti **od 14.6. do 15. 6. 2022**. Z toho důvodu Vám **nebudeme moci zajistit příjem objednávek, expedici Vámi objednaného zboží a servisní služby**. Prosíme, abyste to zohlednili při plánování Vašich objednávek. **Od 16. 6. 2022 jsme Vám opět k dispozici ve standardním režimu.**

Zároveň nám dovolte informovat Vás o plánované inventuře. V termínu **od 28. – 30. 6. 2022 Vám nebudeme moci zajistit expedici** Vámi objednaného zboží, služby. Prosíme, abyste to zohlednili při plánování Vašich objednávek. **Od 1. 7. 2022** jsme Vám opět k dispozici s příjmem objednávek a expedicí zboží ve standardním režimu.

Děkujeme za pochopení.

"Informace v tomto e-mailu včetně jeho příloh obsažené **nejsou právním jednáním** společnosti CHEIRÓN a.s. směřujícím k uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Informace v e-mailu a jeho přílohách obsažené mají indikativní a informační charakter. Jednání směřující k uzavření smlouvy, z níž by společnost CHEIRÓN a.s. byla právně zavázána, je vázáno výlučně na jednání osob oprávněných příslušnou společností zavazovat a za ni jednat (statutární orgány a osoby zmocněné na základě plné moci)."

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované společností CHEIRÓN a.s. za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl omylem doručen, zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přesměrování, zpřístupnění další osobě a podobně. O chybném doručení informujte odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte ze svého počítače.

Žádáme Vás, abyste dekontaminovali Vámi používaný zdravotnický prostředek (ZP) před jeho odesláním do společnosti CHEIRÓN a.s. Záznam o dekontaminaci ZP prosím přiložte ke ZP.
Nebude-li ZP Vámi dekontaminován, bude společnost CHEIRÓN a.s. Váš ZP dekontaminovat na Vaše náklady.

Před servisem (oprava, BTK) ve Vašem zařízení Vás žádáme, abyste dekontaminovali ZP, na kterém bude servisní technik provádět servis.

From: [REDACTED]
Sent: Monday, June 13, 2022 3:15 PM
To: [REDACTED]
Subject: objednávka

Dobrý den,
V příloze Vám zasílám objednávku č. 46/103283 – oprava plicního ventilátoru SV300 v.č. GB7B004668 na oddělení ARO-RES Nemocnice Most.
Prosím o akceptaci (potvrzení přijetí) této objednávky z důvodu vkladu do registru smluv.

Děkuji, přeji hezký den.

 **Krajská zdravotní, a.s.**

[REDACTED]
ředitel
Oddělení zdravotnické techniky
tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]
web: www.kzcr.eu
Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o.z.
J.E.Purkyně 270, Most

From: [REDACTED]
Sent: Friday, June 10, 2022 1:50 PM
To: [REDACTED]
Subject: Cenová nabídka 003 200772

Hezké odpoledne [REDACTED]

v příloze zasílám dodatečnou cenovou nabídku č. 003 200772 k plicnímu ventilátoru SV300, v.č. GB-7B004668. Při výměně turbíny byl technikem navíc zjištěn vadný expirační proporcionální ventil. Cenová nabídka byla tedy vystavena na celkovou částku za opravu včetně výměny turbíny.

S pozdravem a přáním pohodového víkendu

[REDACTED]
Servisní oddělení

Cheirón® 
...dýcháme za Vás.