



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Telemetrický systém včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2962/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2a v technické specifikaci požaduje splnění parametru:

Dotaz č. 1

- Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW a HW pro snímání saturace, aktivace připojením saturačního kabelu a saturačního sensoru – min. 1 ks SpO2 kabelů s prstovým senzorem **Masimo v celé dodávce**

Účastník by rád nabídl telemetrické vysílače, kde saturace není Masimo. Algoritmus takové saturace je plnohodnotnou alternativou technologie Masimo s Rozsahem SpO2 0 – 100% s indikátorem Perfuze.

Účastník má za to, že tato alternativa SpO2 nemá negativní vliv na medicínský účel telemetrických vysílačů a splňuje všechny parametry požadované zadavatelem.

Umožní zadavatel účastníkovi nabídnout telemetrické vysílače s jiným algoritmem SpO2, než je Masimo?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na svém požadavku, že "Každý telemetrický vysílač musí obsahovat SW a HW pro snímání saturace, aktivace připojením saturačního kabelu a saturačního sensoru – min. 1 ks SpO2 kabelů s prstovým senzorem Masimo v celé dodávce." Technologie Masimo je jedna z nejrozšířenějších a v praxi nejpoužívanějších algoritmů pro měření SpO2. Je podložena mnoha klinickými studiemi a Zadavatel s ní má dlouholetou vlastní zkušenost. Zadavatel si je jist, že touto technologií disponuje více než 10 světových výrobců, mezi nimiž jsou např. Shenzhen Mindray, Philips, Fukuda Denshi, Co., LTD., Nihon Kohden Corporation, GE HealthCare, a mnohé další, což je mj. dostupné z veřejně dostupných internetových stránek: <https://www.masimo.com/oem/partners/>.



Zadavatel v Příloze č. 7 Požadavky na provedení a kvalitu ICT aktuální verze požaduje:

Dotaz č. 2

Bod 4.5: dotaz - Co je myšleno detailní technickou dokumentací a co má obsahovat? Co znamená předání přístupových práv do instalovaného systému včetně administrátorského přístupu do systému (je požadavek na ovládací software, nebo na software PC?)

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje technickou specifikaci zařízení tak, aby bylo možno provádět technickou administraci zařízení, tedy například nastavování, ověřování IP adresy, MAC adresy, certifikáty, šifrování, a další. Součástí dokumentace je popis a přístup k logování zařízení, tedy např. komunikace do sítě, navázání spojení, v podstatě řešení Flow. Logování a přístup lze nahradit odesílání kompletních informací do SIEMu Krajské zdravotní, a.s. Specifikace musí obsahovat provozní specifikaci a nastavenou konfiguraci dodaného zařízení. Pro odpověď jsme poskytli pouze část popisu, jelikož uvedené oblasti Standardu se týkají PACS zařízení, což podle informací Zadavatele není tento přístroj.

Dotaz č. 3:

Bod 4.6: dotaz - Bude požadavek na DICOM na všechna zařízení?

Odpověď č. 3:

Zadavatel nepředpokládá, že dotčené zařízení je DICOM zařízením.

Dotaz č. 4:

Bod 4.7: dotaz- Co je myšleno pod administrátorským přístupem?


Odpověď č. 4:

Do dodávaného zařízení bude mít po skončené implementaci a příslušném zaškolení přístup specifikovaný počet osob s definovanými přístupovými právy. Tyto skupiny a jejich oprávnění budou specifikované v předávací dokumentaci. Za objednatele musí být stanoven minimálně jeden správce resp. garant (případně zastupující správce), který bude dodavatelem řádně proškolen a bude mu předán administrátorský přístup do systému. Ze strany dodavatele bude v dokumentaci specifikována osoba (resp. osoby), které budou mít za účelem suportu administrátorský přístup do systému. V případě dohody o používání vzdálené administrace pomocí VPN bude mít osoba provádějící suport přístup pouze na specifikované zařízení a tento přístup musí být logován. V případě, že některé oblasti proprietárního softwaru vyžadují přístup pouze administrátora ze strany vendedora, budou tyto oblasti (např. adresáře, hivy registrů apod.) oběma stranami konzultovány a vyspecifikovány v protokolu o zaškolení administrátora Krajské zdravotní, a.s., k danému zařízení. Uvedené oblasti Standardu se týkají PACS zařízení, což podle informací Zadavatele není tento přístroj.

Zadavatel stanovuje Standardy (Požadavky na provedení a kvalitu ICT), jejichž splnění je povinné pro připojení zařízení do počítačové sítě KZ. Jejich nesplnění je nepřijatelné.

V Ústí nad Labem dne:

24-06-2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel společnosti