



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - PCR cyclery pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 1: PCR termocycler**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2955/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

máme následující dotaz k části 1 "PCR termocycler".

Kupní smlouva, článek V, body 8. a 9.

8.V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.

9.Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 3 kalendářní dny

Souhlasíte s tím, že je servis vyřešen odesláním do servisního střediska? Do 24 hodin provede servisní technik diagnostiku (i telefonicky) a do 3 pracovních dnů vám poskytneme náhradní přístroj po dobu servisu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i navrhované řešení servisu.

V Ústí nad Labem dne: 27-06-2022

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel