

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

poskytnuté v rámci zadávacího řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem:

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.- opakovaná výzva“

Ev. č. VZ 518469

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

zadavatel VZ „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologických center Krajské zdravotní, a.s.- opakovaná výzva“ obdržel dne 23. 7. 2015 v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) žádost jednoho z uchazečů o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám k části VZ č. 1-14.

Dotaz č.1:

Zadavatel umožňuje v technické specifikaci k předmětu veřejné zakázky nabídnout předmět plnění s uvedením tolerance v rozsahu „cca“, v jakém rozsahu bude zadavatel akceptovat nabídnutý předmět plnění v jednotlivých částech této veřejné zakázky?

Odpověď č.1:

Zadavatel přezkoumal výše uvedený podnět a rozhodl se aktualizovat technickou specifikaci ke všem částem této VZ s uvedením zcela jasných tolerančních rozhraní pro jednotlivé parametry. Aktualizovaná technická specifikace pro všechny části VZ je přílohou této DI č. 1.

Dotaz č.2:

Jako dodavatel požadujeme vysvětlení a případnou úpravu v bodě 3 zadávací dokumentace a technické dokumentaci, v otázce připojení na stávající rozvody elektřiny, připojení do nemocniční datové sítě (vč. veškerého potřebného materiálu). Jako dodavatel jsme přesvědčeni, že není technicky možné u všech částí zajistit připojení na stávající rozvody elektřiny, příp. připojení do nemocniční datové sítě a takovýto požadavek je zcela nadbytečný.

Odpověď č. 2:

Zadavatel přezkoumal podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a rozhodl se upravit požadavky obsažené v bodě 3 zadávací dokumentace a v návaznosti na to je aktualizována i technická specifikace.

Dotaz č.3:

Jako dodavatel požadujeme vysvětlení rozsahu poskytování bezplatného záručního servisu a bezplatné zajišťování odborné údržby (periodických bezpečnostně-technických kontrol) a instruktáže pověřených zaměstnanců?

Odpověď č. 3:

Zadavatel přezkoumal podmínky uvedené v technické specifikaci a zadávací dokumentaci a požadavky upřesnil s ohledem na zákonnou úpravu.

Úpravy které byly provedeny na základě dotazů 1 až 3 jsou z důvodu vyšší míry přehlednosti a právní jistoty obsaženy v aktualizaci technické specifikace a zadávací dokumentace, které jsou přílohou č.1 tohoto materiálu.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na povahu dodatečných informací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově stanovená lhůta je zveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek.

Příloha DI č. 1:

- Technická specifikace k části VZ 1-14
- Zadávací dokumentace

Ústí nad Labem, dne 24 -07- 2015



Ing. Petr Fiala
generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.