

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - PCR cyclery pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 1: PCR termocycler**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2855/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Měli bychom dotazy na pozáruční servis.

Zadávací dokumentace 2.3 "Předpokládaná hodnota veřejné zakázky", část 1 - PCR termocycler:

Naše společnost garantuje servis pouze po dobu 5 let od ukončení výroby přístroje, z tohoto důvodu jsme schopni garantovat pozáruční servis pouze po dobu 60 měsíců.

Bylo by také akceptovatelné, kdyby servis těchto 60 měsíců bylo již zahrnuto v ceně přístroje?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na pozáručním servisu v délce 96 měsíců.

Dotaz č. 2

Kupní smlouva, článek VI "Pozáruční servis" odst. 2:

Pozáruční servis zahrnuje:

☐ výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,

☐ sledování termínů bezpečnostně technických kontrol dle pokynů výrobce a jejich provádění dle § 65 zákona in vitro,

☐ revize dle § 67 zákona in vitro,

☐ v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,

☐ poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek dle tohoto odstavce.

Potvrďte, že pozáruční servis nezahrnuje opravy v případě poruchy zařízení.

Odpověď na dotaz č. 2

Pozáruční servis nezahrnuje opravy v případě poruchy zařízení.

V Ústí nad Labem dne:

29-06-2022

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel