



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - PCR cyclery pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 3: DropletDigital PCR**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2956/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

V souladu s ustanovením článku 11. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce „REACT-EU 100 - PCR cyclery pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – část 3 Droplet Digital PCR“ se na Vás obracím s žádostí o upřesnění některých bodů technické specifikace předmětu veřejné zakázky, která je uvedena v souboru „Příloha_č._2c_Technická_specifikace_část_3“ a také podmínek prokázání technické kvalifikace.

Zadavatel požaduje, aby součástí dodávky byl rovněž startovací balíček pro ověření funkce přístroje, který zahrnuje: o spotřební materiál (destičky/mikročipy) pro kompletní amplifikaci a vyhodnocení min. 1200 vzorků s počtem mikroobjemů min. 20 000, spotřební materiál (destičky/mikročipy) pro kompletní amplifikaci a vyhodnocení min. 2400 vzorků s počtem mikroobjemů min. 8 000


Vzhledem k tomu, že pouze zařízení jediného dodavatele na trhu nabízí možnost pracovat s destičkami/mikročipy se sníženým počtem mikroobjemů, je možné nabídnout řešení, které používá pouze čipy s počtem 20 000 mikroobjemů? Dovolujeme si upozornit, že právě tento počet je obecně považován za optimální pro korektní a přesné vyhodnocení metody digitální PCR.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat i nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne:

13 -07- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel