



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Koagulační analyzátor na vyšetření funkce krevních destiček včetně dodávek vázaného spotřebního materiálu pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2977/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Zadavatel v Zadávací dokumentaci v Příloze č. 2 - Technická specifikace, v části Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti pod bodem Příslušenství uvádí: „barevná tiskárna“. Bude Zadavatel akceptovat v dodávce místo tiskárny barevné tiskárnu černobílou? Důvodem této změny je skutečnost, že všichni renomovaní výrobci barevných tiskáren v současné době nedodávají na trh žádnou tiskárnu, která by byla vybavena komunikačním protokolem a ovladači, které jsou kompatibilní s komunikačním protokolem nabízeného analyzátoru. Jediným řešením této situace tedy je, že pro provoz s analyzátozem jsou v současné době schváleny a autorizovány pouze tiskárny černobílé.

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i černobílou tiskárnu.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: 13 -07- 2022

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel