



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Hmotnostní spektrometry**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2969/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
část 3 REACT-EU 98 – Hmotnostní spektrometry - hmotnostní spektrometr
MALDI včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice
Litoměřice, o.z.

Dotaz č. 1 ČÁST 3

Věc:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v nadlimitním režimu v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „Zákon“), uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-022734, s názvem „REACT-EU 98- Hmotnostní spektrometry“ část 3. VZ: REACT-EU 98 – Hmotnostní spektrometry - hmotnostní spektrometr MALDI včetně pozáručního servisu, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z., zadavatele Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627 (dále jen „Zadavatel“).

V souladu s čl. 11. Zadávací dokumentace veřejné zakázky a dle § 98 ZZVZ žádáme Zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

1)

Zadavatel v Příloze č. 2 Technická specifikace část 3 stanovil minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti na hmotnostní spektrometr MALDI. Řadou těchto parametrů Zadavatele upřesňuje účel a funkční vlastnosti požadovaného zařízení a specifikuje tak nepodkročitelné požadavky k plnění svých předpokládaných potřeb.

Patří mezi ně zejména požadavek na:

- Klinické zařízení s využitím MALDI v IVD režimu
- Rozsah referenční databáze minimálně 3500 jedinečných druhů
- Nutnost detekce iontů v pozitivním a negativním módu
- Nutnost rychlého odečtu tj. minimálně 500 identifikací za hodinu
- Záruční doba min. 24 měsíců
- Záruka na laser minimálně 7 let

a další...

Technická specifikace však obsahuje i některé parametry, které diktují konkrétní technické řešení v podobě určení jedné konkrétní komponenty/jedné jediné konkrétní části zařízení, bez návazných konsekvencí technického řešení ostatních součástí a technického provedení každého



jednoho výrobce MALDI-TOF hmotnostních spektrometrů.

Takovýmto požadavkem je v rámci minimálních technických parametrů požadavek na:
„zabudovaný laser s frekvencí minimálně 200 Hz“

Je skutečností, že existuje více výrobců zařízení, které ve svých technických řešení nabízí i možnost laseru s frekvencí 200Hz, ale souhrnné plnění tohoto požadavku společně se zbytkem funkčních vlastností požadovaných v technické specifikaci Zadavatelem neumožňují účast jiného než jednoho konkrétního výrobku na trhu od jednoho konkrétního výrobce a to [redacted] [redacted], jehož výhradním dodavatelem klinických CE IVD certifikovaných hmotnostních spektrometrů je společnost [redacted]

Je skutečností, že nový model [redacted] disponuje technickým řešením používající laser s frekvencí 200 Hz (předchozí modely tohoto výrobce, v hojném počtu instalované i v rámci ČR disponovaly jiným typem laseru). Použití tohoto konkrétního technického řešení však nemá žádný vliv na účel použití ani na funkci hmotnostního spektrometru. Proto ostatní výrobci u svých systémů používají jiná, obdobná technická řešení, tedy konkrétně společnost [redacted] u svého nejnovějšího klinického systému [redacted] používá laser o frekvenci 50/60 Hz a [redacted] u svého nejnovějšího klinického systému [redacted] používá laser o frekvenci 1/60 Hz. Na základě výše uvedeného žádná odůvodněná potřeba na technický požadavek „zabudovaný laser s frekvencí minimálně 200 Hz“ neexistuje. Jde o pouhou specifiku konkrétního jediného technického řešení u konkrétního produktu, tedy o pouhý diskriminační parametr znemožňující hospodářskou soutěž.

Zároveň musíme podotknout, že v poslední době (cca během 1 měsíce) se jedná už o několikátou veřejnou zakázku, která převzala technickou specifikaci jednoho konkrétního výrobku, a to [redacted] výrobce [redacted] a mimo jiné požadovala parametr – „laser s frekvencí 200 Hz“. Vzhledem k tomu, že záměrem těchto zadavatelů nebylo postupovat diskriminačně a parametry technické specifikace nezohledňovaly dostatečně situaci na trhu s poptávaným plněním, na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce napravili své jednání.

Dotaz:

Bude Zadavatel akceptovat ionizační zdroj MALDI se zabudovaným laserem i o jiné frekvenci, při dodržení účelu použití hmotnostního spektrofotometru a splnění všech Zadavatelem uvedených funkčních vlastností, parametrů a záruk zařízení a laseru?

Odpověď č. 1 ČÁST 3

Zadavatel trvá na požadovaném minimálním technickém parametru „zabudovaný laser s frekvencí minimálně 200 Hz“. Zadavatel požaduje 200 Hz laser z důvodu jasného a velmi důležitého benefitu, kterým je rychlost.

200 Hz laser je minimálně 3x rychlejší než tazatelem zmiňovaný 60 Hz laser, který požadovaný účel sice splní, ale svojí výrazně nižší rychlostí vydávání výsledků není pro zadavatele dostatečně efektivní. Maximální urychlení vydání výsledků identifikací z bakteriální kultury a pozitivních hemokultur je pro zadavatele zásadní.

Požadovaný technický parametr „zabudovaný laser s frekvencí minimálně 200 Hz“ výrazným způsobem zefektivní časovou i ekonomickou stránku celého procesu.

**Dotaz č. 2 ČÁST 3**

2)

Zadavatel v bodě 6. 3 Zadávací dokumentace veřejné zakázky v rámci prokázání splnění technické kvalifikace požaduje předložit minimálně 2 významné dodávky se stejným nebo obdobným předmětem plnění k veřejné zakázce.

Dodavatel si je vědom, že vymezení kvalifikace je právem zadavatele, který by měl znát své potřeby a těmto také přizpůsobit úroveň a rozsah kvalifikačních předpokladů. I přesto se dodavatel domnívá, že Zadavatel prostřednictvím uvedeného technického kvalifikačního předpokladu diskriminačním způsobem omezil okruh potenciálních dodavatelů.

Požadovaný počet významných zakázek, tj. 2, považujeme za nepřiměřený vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky, kdy se jedná o velmi exkluzivní zboží s dominantním postavením jediného výrobce () a jediného dodavatele ().

() a mohou tak existovat dodavatelé, kteří nově disponují zařízením, které plní požadavky na metodu MALDI-TOF, dostupné za nižší cenu, ale doposud realizovali zatím 1 zakázku, mající ovšem dlouholetou historii s dodávkami zdravotnických prostředků v jiných odvětvích, kdy jsou zcela schopni řádně a odborně plnit předmět veřejné zakázky požadovaný Zadavatelem, což je smyslem technické kvalifikace.

Tímto požadavkem Zadavatel omezuje zásadním a zcela nedůvodným způsobem okruh potenciálních dodavatelů, kteří by byli jinak schopni předmět veřejné zakázky zrealizovat a vytváří tím překážky hospodářské soutěže, neboť dominance jediného dosavadního dodavatele je zřejmá i ze skutečnosti plynoucí z údajů vedených v Registru smluv (www.smlouvy.gov.cz), kde v požadovaném referenčním období 3 let před uveřejněním této veřejné zakázky není v ČR evidován žádný jiný dodavatel požadovaného hmotnostního spektrometru MALDI pro použití v klinické mikrobiologii s certifikací CE IVD, než od zmíněného dodavatele společnosti () s produktem MALDI výrobce ().

K ověření si spolehlivosti dodavatele by jistě stačila 1 významná dodávka hmotnostního spektrometru MALDI a další 1, příp. i více významných dodávek jiných laboratorních přístrojů.

Dotaz:

Na základě výše uvedeného, pro rozšíření potencionálního okruhu dodavatelů a možného snížení nákupní ceny, za předpokladu splnění požadovaných minimálních technických parametrů, bude Zadavatel v rámci splnění technické kvalifikace požadovat 1 významnou dodávku hmotnostního spektrometru MALDI a další 1, příp. i více významných dodávek prokázaných i jiným druhem laboratorního přístroje?


Odpověď č. 2 ČÁST 3

Zadavatel tvá na požadavku prokázání technické kvalifikace dle bodu 6.3 zadávací dokumentace. Jak tazatel uvádí, zadavatel má na tuto kvalifikaci plné právo. Pro zadavatele je důležité, aby vybraný dodavatel měl již zkušenost s instalacemi a aplikační podporou přístrojové techniky v této kategorii tj. dle CPV kódu hmotnostní spektrometry.



V Ústí nad Labem dne:

28 -07- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel