



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Počítačové tomografy včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z. a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk - Část 1 - Počítačové tomografy včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2857/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1


V části 1 má uchazeč nabídnout 2 kusy počítačových tomografů včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Litoměřice, o.z. a pozáruční servis na dobu 72 měsíců. Dále je nutno mimo jiné vyplnit technické parametry nabízeného přístroje v příloze č. 2a – Technická specifikace, část – 1- TP, LTM.

Bude zadavatel akceptovat nabídku, kdy by v rámci nabídky na část 1 uchazeč nabídl počítačový tomograf od jiného výrobce pro TP a jiného pro LTM? Oba nabízené přístroje jsou vyráběny světovými renomovanými výrobci a plně splňují požadované technické parametry, které by uchazeč vyplnil pro každý přístroj zvlášť, a to v příloze č. 2a – Technická specifikace, část – 1- TP a příloze č. 2a – Technická specifikace, část – 1- LTM. Toto řešení by nejlépe zajistilo plynulý přechod na ovládání nových přístrojů na daných pracovištích a plynulé workflow bez negativních vlivů na provoz oddělení.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel si trvá na své technické specifikaci a nebude akceptovat nabídku, která by obsahovala v rámci dvou odštěpných závodů zadavatele přístroje od různých výrobců.

V Ústí nad Labem dne: - 3 -08- 2022


.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel