



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Hemokultivační systém pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2915/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace ruší Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zveřejněné dne 28.07.2022,

Dotaz č. 1


Uchazeč je schopen v rámci výběrového řízení nabídnout k požadovanému předmětu plnění nastavbový systém, který umožňuje vkládání hemokultivačních lahviček v režimu 24/7 i mimo oddělení laboratoře, což zásadně urychluje detekci pozitivních hemokultur. Hemokultivační lahvičky mohou být z tohoto systému přesunuty do hlavního hemokultivačního systému bez ztráty dat a údajů o délce inkubace. Systém bývá většinou umístěn na pracovištích se standardně větším počtem hemokultivačních vzorků, protože urychluje cílenou léčbu pacientů v kritických stavech. Bude mít zadavatel o toto satelitní řešení zájem?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel akceptuje výše uvedené nabízené satelitní řešení, a tím mění technickou specifikaci.

V Ústí nad Labem dne:

09-08-2022


prim. MUDr. Jiří Laštůvka
.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel