



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Třepačka pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3005/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

V příloze č. 2 Technická specifikace zadavatel požaduje:

- Amplituda výkyvu alespoň 3 cm

Dotaz uchazeče: Akceptuje zadavatel třepačku s amplitudou výkyvu 20 mm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavku „Amplituda výkyvu alespoň 3 cm“.

V Ústí nad Labem dne:

12 -08- 2022

prim. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel