



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 – Dekontaminační a sterilizační kontejnery včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3027/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1


V technické specifikaci je uvedeno, že systém sterilizačních kontejnerů obsahuje kontejner, víko a kompatibilní síto, přičemž materiál víka je vysoce odolný plast. Připouští zadavatel materiál pro víko stejný jako je materiál kontejneru (vany) tedy hliník?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje i nabízené řešení.

V Ústí nad Labem dne: 12-08-2022

prim. MUDr. Jiří Laštůvka


MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel