



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Třepačka pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3005/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje Amplitudu výkyvu alespoň 3 cm. Typická amplituda výkyvu třepaček je od 2 cm. I tato hodnota umožňuje účinné třepání jak větších objemů, například nádob s objemem 1 l kapaliny, tak i vzorků v menších nádobách. Omezení na 3 cm není dle našeho názoru opodstatněné.

Bude zadavatel akceptovat zařízení splňující stanovený účel s amplitudou výkyvu 2 cm?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na požadavku „Amplituda výkyvu alespoň 3 cm“ – viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Dle zkušenosti Zadavatele je tato amplituda výkyvu nutná pro dostatečně kvalitní přípravu vzorků k analýze při zamýšleném účelu použití. Na trhu je k dispozici řada třepaček od různých výrobců s požadovanou nebo i s větší amplitudou výkyvu.

V Ústí nad Labem dne:

16 -08- 2022

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petr Malý, MBA
01.12.2022 - CZ 03488627

.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel