



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - POCT analyzátor krevních elementů včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2994/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Akceptoval by zadavatel i větší maximální požadovaný objem vzorku než 15 µl pro pediatrické pacienty a to konkrétně 25 µl?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel trvá na objemu vzorku 15 µL. Zadavatel si stanovil toto kritérium, protože analyzátor bude využívat na pediatrickém oddělení a chce minimalizovat iatrogenní krevní ztráty u novorozenců, zejména nedonošených. Zároveň chce mít možnost vyšetřovat krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů z co nejnižšího objemu i s ohledem na odběry do speciálních zkumavek.

Dotaz č. 2

Požaduje zadavatel řídicí SW a komunikaci v českém jazyce? Uchazeč má v portfoliu analyzátory, které jsou jednoduché na obsluhu bez nutnosti hlubšího zaškolení a porozumění jak přístroj ovládat.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na ovládacím SW analyzátoru v českém jazyce. Vzhledem k nutnosti rychlého a správného rozhodování při poskytování intenzivní zdravotní péče a snaze o eliminaci možných pochybení plynoucích z jazykové bariéry při používání přístroje si zadavatel určil tuto podmínku jako nepodkročitelnou.

Zadavatel také vnímá důsledné zaškolení uživatelů a jejich porozumění obsluze analyzátorů jako zcela nezbytný předpoklad pro jejich využívání k zamýšlenému účelu používání, tedy poskytování diagnostické zdravotní péče.

V Ústí nad Labem dne: 17 -08- 2022

02
prim. MUDr. Jiří Laštůvka
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IC 25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel