



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - POCT analyzátor krevních elementů včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2994/2022**

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

### Dotaz č. 1


Zadavatel v Příloze č. 2 – Technická specifikace uvádí „možnost měření otevřené zkumavky (odběr kapilární krve) i z uzavřené zkumavky“.

Bude Zadavatel akceptovat analyzátor, který měří pouze v otevřeném režimu a jehož výhoda spočívá v tom, že uživatel může měřit ze všech typů zkumavek včetně mikrozkušavek, které se musí před každou analýzou ručně otevírat?

### Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i analyzátor, který měří v otevřeném režimu s možností měření ze všech typů zkumavek, jelikož na neonatologii se převážně používají speciální mikrozkušavky a tyto jsou nezbytné pro používání.

V Ústí nad Labem dne: **18-08-2022**

  
prim. MUDr. Jiří Laštůvka  
MUDr. Petr Malý, MBA  
generální ředitel  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627