



Název veřejné zakázky: **Nákup zařízení pro práci a údržbu optické a metalické LAN Rumburk**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Druh zadávacího řízení: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2995/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Optická svářečka

Dotaz č. 1

Bude akceptován typický Splicing time 9s ? Aktuální modely svářeček již režimem quick mode s časem 6s nedisponují, protože vykazoval nedokonalosti svarů a další problémy.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje argument účastníka a upravuje technickou specifikaci.

Dotaz č. 2

Bude akceptován větší (5.0in) color LCD než je požadovaný (4,3in)?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel akceptuje argument účastníka a upravuje technickou specifikaci.

Dotaz č. 3

Bude akceptováno zvětšení MAX: 400x oproti požadovaným 700x ? Zvětšením 700x aktuální modely svářeček nedisponují z důvodu menších rozměrů použitých CCD čipů.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel akceptuje argument účastníka a upravuje technickou specifikaci.

Dotaz č. 4

U aktuálních typů svářeček se již neosazuje RCA konektor (CINCH konektor). Bude akceptována svářečka bez RCA konektoru?

**Odpověď na dotaz č. 4**

Zadavatel akceptuje argument účastníka a upravuje technickou specifikaci.

Lámačka optických vláken**Dotaz č. 1**

Průměr vlákna: 100 – 150 mikrometrů. U lámaček se uvádí průměr 125 mikrometrů (musí být nastaven přesně nařezávací břit s přesností do 5 mikrometrů). Bude akceptován průměr vlákna 125 mikrometrů?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel akceptuje argument účastníka a upravuje technickou specifikaci.

Dotaz č. 2

Délka zalomení: 5 – 20mm – co je tím myšleno?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tím měl na mysli délku zlomu od primární ochrany.

Power meter**Dotaz č. 1**

Linearita (dB): +/- 0,0 Je toto správný údaj? Domníváme se, že se jedná o překlep. Power meter s linearitou 0,0 není vyráběn a nelze dodat.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel odebere tento parametr z technické specifikace.

OTDR**Dotaz č. 1**

Šířka pulsu (ns): 0,1 až 260 pro SM / 0,1 až 40 pro MM Je toto správný údaj? Domníváme se, že se jedná o překlep. OTDR s šířkou pulsu 0,1 ns se nevyrábí.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upravuje hodnotu parametru na 5 až 260 ns pro SM a 5 až 40 ns pro MM.

**Optický spektrální analyzer****Dotaz č. 1**

U parametru „Wavelength range in nm“ je uveden rozsah „250 to 1650“. Domníváme se, že se jedná o překlep, kdy měl být uveden údaj „1250 až 1650 nm“. Je naše domněnka správná a požadovaný rozsah je 1250 až 1650 nm?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel potvrzuje, že se jedná o překlep, správná hodnota je 1250nm až 1650 nm, zadavatel opraví překlep v technické specifikaci.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **18 -08- 2022**

..... prim. MUDr. Jiří Laštůvka

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel