



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2904/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

část 2 REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický přístroj s C-ramenem s FD pro Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.

Dotaz č. 1 ČÁST 2

Žádáme zadavatele „Krajská zdravotní a.s.“ o vyjádření se k dotazům uchazeče k veřejné zakázce „REACT-EU 98 – Skiaskopické RTG přístroje s c ramenem“

- 1) Zadavatel v části 2 „REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem – Skiaskopický přístroj s C-ramenem s FD pro Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.“ a v části 3 REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický přístroj s C-ramenem pro Nemocnici Litoměřice o.z.“ uvádí shodně požadavek na softwarové vybavení v podobě „Real-time funkce – rotace obrazu“ a čtvercový plochý detektor. Zadavatel zamítl řešení s obrazovým zesilovačem disponujícím kruhovým zobrazením obrazu. S ohledem na široké spektrum zákroků zadavatele rozumíme tomuto požadavku a preferenci čtvercového plochého detektoru, především pak s ohledem na co největší snímanou a zobrazenou plochu a dále real-time rotaci jako post-processingovou funkci používanou u naprosté většiny zákroků. Rozumíme správně požadavku na „real-time funkci – rotace obrazu“ a čtvercový plochý detektor správně tak, že zadavatel požaduje „real-time rotaci obrazu“ a jeho následné zobrazení bez ořezu či jiné ztráty obrazových dat během této real-time rotace, vedoucí např. k ořezu obratlů u snímků páteře či ořezu na kruh jako u systémů se zesilovačem, znemožňující např. současné zobrazení a porovnání obou kyčelních kloubů u velkého detektoru?



Odpověď č. 1 ČÁST 2

Zadavatel trvá na původním řešení uvedeném v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zadavatel trvá na původním zadání a požaduje funkci real-time rotaci obrazu bez dalších požadavků na parametry výsledného zobrazení.

část 3 REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem pro Nemocnici Litoměřice, o.z.

Dotaz č. 2 ČÁST 3

Žádáme zadavatele „Krajská zdravotní a.s.“ o vyjádření se k dotazům uchazeče k veřejné zakázce „**REACT-EU 98 – Skiaskopické RTG přístroje s c ramenem**“

- 1) Zadavatel v části 2 „REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem – Skiaskopický přístroj s C-ramenem s FD pro Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z.“ a v části 3 REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický přístroj s C-ramenem pro Nemocnici Litoměřice o.z.“ uvádí shodně požadavek na softwarové vybavení v podobě „Real-time funkce – rotace obrazu“ a čtvercový plochý detektor. Zadavatel zamítl řešení s obrazovým zesilovačem disponujícím kruhovým zobrazením obrazu. S ohledem na široké spektrum zákroků zadavatele rozumíme tomuto požadavku a preferenci čtvercového plochého detektoru, především pak s ohledem na co největší snímanou a zobrazenou plochu a dále real-time rotaci jako post-processingovou funkci používanou u naprosté většiny zákroků. Rozumíme správně požadavku na „real-time funkci – rotace obrazu“ a čtvercový plochý detektor správně tak, že zadavatel požaduje „real-time rotaci obrazu“ a jeho následné zobrazení bez ořezu či jiné ztráty obrazových dat během této real-time rotace, vedoucí např. k ořezu obratlů u snímků páteře či ořezu na kruh jako u systémů se zesilovačem, znemožňující např. současné zobrazení a porovnání obou kyčelních kloubů u velkého detektoru?


Odpověď č. 2 ČÁST 3

Zadavatel trvá na původním řešení uvedeném v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zadavatel trvá na původním zadání a požaduje funkci real-time rotaci obrazu bez dalších požadavků na parametry výsledného zobrazení.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u předmětných částí veřejné zakázky - část 2 REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický přístroj s C-ramenem s FD pro Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Teplice, o.z., část 3 REACT-EU 98 - Skiaskopické RTG přístroje s C ramenem - Skiaskopický RTG přístroj s C-ramenem pro Nemocnici Litoměřice, o.z. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.



V Ústí nad Labem dne: **23 -08- 2022**



.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel

