



Název veřejné zakázky: **Fundus kamera pro Oční oddělení Nemocnice Most, o.z.**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3034/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Dotaz č.1:

Zadavatel požaduje v příloze č. 4_Obligátní návrh kupní smlouvy v odstavci V., článku 8. že: „V případě uplatnění odpovědnosti za vady zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 12 hodin od telefonického nahlášení závady prodávajícímu.“

Bude Zadavatel akceptovat nástup na servis maximálně 48 hodin?

Odpověď č. 1

Zadavatel akceptuje nástup na servis maximálně 48 hodin.

Dotaz č. 2

Dotaz č.2: Zadavatel požaduje v příloze č. 4_Obligátní návrh kupní smlouvy v odstavci V., článku 9. že: „Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 24 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího, pokud je kupujícím dodržen postup dle odst. 7 tohoto článku.“

Bude Zadavatel akceptovat lhůtu pro odstranění vad maximálně 5 pracovních dnů?

Odpověď č. 2

Zadavatel akceptuje lhůtu pro odstranění vad maximálně 5 pracovních dnů

Dotaz č. 3

Dotaz č.3:

Zadavatel požaduje v příloze č. 4_Obligátní návrh kupní smlouvy v odstavci VI., článku 5. že: „Pro případ uplatnění požadavku, na který se vztahuje pozáruční servis, se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude v pracovních dnech maximálně 12 hodin od nahlášení závady prodávajícímu...“

Bude Zadavatel akceptovat nástup servisního technika maximálně 48 hodin?

**Odpověď č. 3**

Zadavatel akceptuje nástup servisního technika maximálně 48 hodin

Dotaz č. 4

Dotaz č.4:

Zadavatel požaduje v příloze č. 4_Obligátní návrh kupní smlouvy v odstavci VI., článku 6. že: „Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 24 hodin. Lhůty pro odstranění vad začínají plynout ode dne telefonického nahlášení vad prodávajícímu s následným emailovým potvrzením na výše uvedené kontaktní údaje prodávajícího.“

Bude Zadavatel akceptovat lhůtu pro odstranění vad maximálně 5 pracovních dnů?

Odpověď č. 4

Zadavatel akceptuje lhůtu pro odstranění vad maximálně 5 pracovních dnů

Dotaz č. 5

Dotaz č. 5:

Zadavatel požaduje v příloze č. 4_Obligátní návrh kupní smlouvy v odstavci VI., článku 9. že: „Prodávající se dále zavazuje provádět v rámci pozáručního servisu: - kontrolní odběry vody v rozsahu a četnosti stanoveném výrobcem min. 1x měsíčně“


Voda není vůbec při používání přístroje užívána - bude Zadavatel trvat na této části?

Odpověď č. 5

Zadavatel netrvá na této části.

V souvislosti s výše uvedeným, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u veřejné zakázky Fundus kamera pro Oční oddělení Nemocnice Most, o.z. o celou lhůtu. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

V Ústí nad Labem dne: 27 -09- 2022



.....
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel