

Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 - Dodávky pulsních oxymetrů pro Krajskou zdravotní, a.s.**

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: VZMR

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3031/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz:

V technické specifikace je uvedeno, že poptávaný oxymetr musí umožňovat provoz na Li – ionovou baterii a AA baterie. Bude zadavatel akceptovat oxymetr, který bude umožňovat provoz jen na Li-ionovou baterii? Dále požadujete výdrž baterie min. 24h od nabití. Bude zadavatel akceptovat oxymetr s výdrží baterie 18h od nabití?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel nebude akceptovat provoz pouze na Li-ionovou baterii a zároveň zadavatel nebude akceptovat oxymetr s výdrží baterie 18h.

Zadavatel tedy trvá na své specifikaci tak, jak je zveřejněna na profilu zadavatele.

05-10-2022

V Ústí nad Labem dne:

06

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627
.....
MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel