



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98, 100, 102 - Myčky laboratorního skla pro potřeby Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Litoměřice, o.z.**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávky**

Režim veřejné zakázky: **Nadlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3054/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Při prohlídce místa plnění v Nemocnici most na Oddělení klinické mikrobiologie bylo zjištěno, že před samotnou dodávkou přístroje bude nutné udělat několikéré stavební úpravy. A to především bourání vedlejšího stavebního výstupku, úpravy na přívodech medií a také zajištění předúpravy vody z vodovodního řádu.

Předpokládá zadavatel, že budou tyto úpravy provedeny ze stran dodavatele, a tedy jsou již zahrnuty v předpokládané ceně celé zakázky?

Odpověď na dotaz č. 1

Dodavatel upraví na své náklady pracoviště dle parametrů (rozměrů) nabízené technologie pro její řádné umístění na klinické pracoviště. Do nabídky dodavatel uvede podmínky pro montáž a instalaci dle požadavku, který je uveden v technické specifikaci zveřejněné na profilu zadavatele.

V Ústí nad Labem dne: **07 -10- 2022**

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel