



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 100 - Destičkový fotometr pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na dodávky

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3061/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1

Prosíme zadavatele o upřesnění technické specifikace - z jejího znění nám není plně zřejmé, zda požaduje přístroj s 5, nebo 4 filtry.

Odpověď na dotaz č. 1

Součástí dodávky musí být pouze 4 filtry - 405, 450, 490 (nebo 492) a 620 (nebo 630) nm.

Počet pozic pro možné osazení filtry však musí být minimálně 5 pro případné budoucí doplnění o další filtr.

V Ústí nad Labem dne: **18 -10- 2022**

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
.....
MUDr. Petr Malý, MBA
DIČ: CZ 25488627
generální ředitel