



Název veřejné zakázky: **REACT-EU 98 a 99 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s.**
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky
Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**
se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550
Evidenční číslo: **2997/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace Technická specifikace pro položku 5)
Centrální monitor požaduje

- *Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávání patientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí, **spouštění NIBP a nastavení intervalu měření NIBP**, atd. a zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice.*

Uchazeč o VZ žádá o upřesnění ZD a to z důvodu, že zdravotnický personál nemůže od centrálního monitoru zajistit správné a bezpečné umístění manžety NIBP na pacienta, proto ani bezpečné měření NIBP.

Pro zajištění maximální bezpečnosti pacienta je dle výrobce námi distribuované techniky přípustné spouštění a časování měření NIBP pouze přímo na lůžkovém monitoru nikoli z centrálního monitoru.

Souhlasí zadavatel se změnou ZD v tom smyslu, že vypustí výše zvýrazněný text **spouštění NIBP a nastavení intervalu měření NIBP, ?**

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, Zadavatel připouští i toto navržené technické řešení.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, v bodě 4 zadávací dokumentace uvádíte způsob a kriteria hodnocení nabídek. Nikde však nemůžeme najít předepsanou formu prokázání hodnotícího kriteria EF a ET . Budete akceptovat formou čestného prohlášení ?




Odpověď na dotaz č. 2:

1. Pro prokázání splnění funkční vlastnosti – kompatibility se stávajícím zařízením, zadavatel požaduje doložit čestné prohlášení dodavatele a prohlášení výrobce nabízeného zboží o kompatibilitě se stávajícím zařízením zadavatele;
2. Pro prokázání splnění funkční vlastnosti – možnosti rozšíření o další monitorované parametry pouze softwarovým upgradem, zadavatel požaduje doložit technickým listem nebo návodem k použití.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek

V Ústí nad Labem dne: 18 -10- 2022

02  Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
Generální ředitel