

**Název
zadavatele:** Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A
401 13, Ústí nad Labem
IČO: 25488627
Č. j.: 2957/2022

Písemná zpráva zadavatele

veřejné zakázky

„REACT-EU 100 - PCR cyclery pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - část 4: RealTime PCR cyclery“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000164**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2022-021128**“

Předmět veřejné zakázky: _____

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ÚČASTNÍKY:

Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh je k dispozici v hlavní části.

Dodání nových zdravotnických prostředků:

1 ks RealTime PCR cyclery pro potřeby oddělení lékařské genetiky, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.;

1 ks RealTime PCR cyclery pro potřeby transfuzního oddělení, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.;

1 ks RealTime PCR cyclery pro potřeby oddělení klinické biochemie, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., vše spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

Pozáruční servis na 96 měsíců.

Cena sjednaná ve smlouvě: 2 999 000,00 Kč bez DPH

Zvolený druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Označení
smlouva: dodavatele, s nímž byla uzavřena

Název: KRD-obchodní společnost s.r.o.

Sídlo: Pekařská 603/12
15500 Praha 5

IČO: 26424991

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Výběr dodavatele byl učiněn v souladu se zadávací dokumentací na základě hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů vybraného dodavatele:

Název	IČO
-------	-----

Označení řízení: účastníků zadávacího

Pořadové číslo nabídky	Název	Sídlo	IČO	Nabídková cena
1.	KRD-obchodní společnost s.r.o.	Pekařská 603/12 15500 Praha 5	26424991	...
2.	I.T.A.-Intertact s.r.o.	Pařížská 67/11 11000 Praha 1	65408781	...

Označení řízení: všech vyloučených účastníků zadávacího

Název	Sídlo	IČO
I.T.A.-Intertact s.r.o.	Pařížská 67/11 11000 Praha 1	65408781

Odůvodnění vyloučení účastníků:

Zadavatel dle ustanovení § 48 odst. 2 pís. a) ZZVZ vyloučil, na základě níže uvedených zjištění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky účastníka I.T.A.-Intertact s.r.o., Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha, IČO 65408781.

Účastníkem nabízený předmět plnění jednoznačně nesplňuje požadavky:

- kompatibilita s CE-IVD kity ERY-Q (genotyp krevní skupiny) – BAG Healthcare,
- export dat vhodný pro použití v programu PlexTyper (BAG Healthcare).

V doloženém příbalovém letáku ERY Q® Kits je v kapitole 4.3 uveden seznam validovaných analyzátorů, v jejichž výčtu účastníkem nabízený analyzátor jednoznačně nefiguruje. Účastníkem nabízený analyzátor nefiguruje ani v prohlášení výrobce kitů BAG Diagnostics GmbH. Požadovaná kompatibilita analyzátoru se týká i exportu dat, export dat z nekompatibilních analyzátorů by vyžadoval úpravy SW PlexTyper.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:
Nebylo použito.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Nebylo použito.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:
Střet zájmů nebyl zjištěn.

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (pokud jej zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Veřejná zakázka byla rozdělena na části.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (pokud je zadavatel neuvedl v zadávací dokumentaci):

Tento požadavek nebyl stanoven.

Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Ústí nad Labem dne 10.10.2022